

**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES**  
**FALLO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-084/2012**  
**REFERENTE A LA ADQUISICION DE ULTRASONOGRAFO**  
**PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2013, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN LEONARDA GOMEZ BLANCO NUM. 60 COLONIA ACXOTLA DEL RIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACION REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO CAASET/001/2011 DE FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; ASIMISMO LA **LIC. LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 39 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACION, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONOMICO, LA CONVOCANTE BASANDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DEL BIEN MOTIVO DE LA PRESENTE INVITACION, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE OFERTO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

NOMBRE DEL LICITANTE: LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	<p>ULTRASONOGRAFO.  Equipo de Ultrasonido con fines diagnósticos aplicable en pacientes adultos y pediátricos.  DESCRIPCION: Catálogo 1, Pág. 4 dice "El Sistema ACUSON X150 fue diseñado para satisfacer los requerimientos clínicos de todos los días en clínicas privadas así como en ambientes dinámicos de hospital. Desde Ginecología y Obstetricia, embarazo temprano y medicina reproductiva hasta imagen abdominal y más, el sistema ACUSON X150 le da la flexibilidad de aplicación clínica  CARACTERISTICAS:  1.- MONITOR A COLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR TIPO LCD O FPD.  Catálogo 1, Pág. 5 dice "Monitor, Despliegue en pantalla plana de 15 pulgadas a color, alta resolución y escaneo progresivo con tecnología de intercambio de plano (IPS)"  2.- CON 256 NIVELES DE GRIS, 256 TONOS DE COLOR.  Catálogo 1, Pág. 5 dice "Despliegue de imagen: 256 niveles de escala de gris y hasta 16.7 millones de colores"  Manual 1, Pág. A-19 dice "Monitor, Escala de grises 256 niveles, color hasta 16.7 millones de colores"  3. MODOS B, M/B, M, DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER.  Catálogo 1, Pág. 6 dice "Modos de operación y despliegue, Imagen 2D en modos fundamentales y armónicos; Modo M, Modo Doppler Velocidad en color; Modo Power Doppler, Modo Doppler espectral de onda pulsada"  4. RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 170 DB O MAYOR.</p>	PIEZA	\$ 740,520.00	\$ 740,520.00

Catálogo 1, Pág. 4 dice "Rango dinámico total del sistema: >175dB"

5. IMAGENES ARMONICAS EN MODOS B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACION, RESOLUCION O INVERSION DE PLUSOS.  
Catálogo 1, Pág. 6 dice "Modos de operación y despliegue, Imagen 2D en modos fundamentales y armónicos"  
Catálogo 1, Pág. 12 dice "Imagen armónica tisular de inversión de fase (THI) con las frecuencias seleccionables THI incrementa el éxito en pacientes de difícil examinación, mejorando la confianza en el diagnóstico. Dramáticamente mejora el contraste y la resolución espacial reduciendo el ruido y distorsión en la imagen"


6. MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP, BLANCO, NEGRO Y CINE ESPECTRAL DE 2,500 CUADROS O MAYOR Y 120 SEGUNDOS O MAYOR.  
Catálogo 1, Pág. 9 dice "Captura de clip prospectiva durante imagen en tiempo real en dos tasas de compresión de hasta 120 segundos o 3600 cuadros"

7. TECLADO ALFANUMERICO Y SALIDA DE VIDEO.  
Catálogo 1, Pág. 4 dice "teclado completo QWERTY de fácil acceso para entrada de texto, teclas de función y programación del sistema"  
Catálogo 1, Pág. 14 dice "Salida de Audio/Video 1 salida de video compuesta B/W, tipo BNC; 1 salida de video compuesta de color, tipo BNC; una salida sincronización compuesta RGB, mini D-SUB (15 pines); 1 salida de video Y/C, terminal S (SVHS); 2 canales de audio (derecha, izquierda), tipo RCA jack; 1 salida VGA, mini D-SUB (15 pines)"

8. CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACION DEL HAZ DE 4,000 O MAYOR.  
Catálogo 1, Pág. 4 dice "Canales de procesamiento. Hasta 4480 canales"

9. SELECCION DE 4 PUNTOS FOCALES O MAYOR.  
Catálogo 1, Pág. 6 dice "Enfoque; Transmisión de zona focal: hasta 4 zonas"

10. ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10 NIVELES O MAYOR.  
Catálogo 1, Pág. 7 dice "Zoom Digital lectura/escritura con imagen panorámica; disponible en vivo y despliegue de imágenes en cine; zoom de hasta 10x (dependiendo del transductor)"



11. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE A LA CURVA POR MEDIO DE POR LO MENOS 8 CONTROLES.Catálogo 1, Pág. 6 dice "Compensación de profundidad de ganancia: 8 controles"

12. DISCO DURO INTERNO DE 160 GB.Catálogo 1, Pág. 5 dice "Disco Duro, Disco Duro Interno de 160GB"

13. UNIDAD DE CD/DVD Y USB INTEGRADAS AL SISTEMA.Catálogo 1, Pág. 12 dice "Exportación de estudios del paciente desde el disco duro a unidades DVD±R/RW, CD-R/W o discos externos usando USB 2.0"

14. IMPRESORA B/N E IMPRESORA A COLOR, TÉRMICAS, INTEGRADAS AR GABINETE Y CONTROLADAS DESDE EL PANEL DE CONTROL.Catálogo 1, Pág. 13 dice "Dispositivos de Documentación, hasta dos dispositivos de documentación (impresora blanco y negro e impresora a color/VCR) pueden ser integrados en el carro del sistema y controlados desde el panel de control del sistema"

15. TRANSDUCTOR LINEAL CON FRECUENCIA DE 5 MHZ O MENOR A 13 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS Y FORMATO VIRTUAL O TRAPEZOIDAL.Catálogo 2, Pág. 5 dice "Transductor VF13-5, ancho de banda de frecuencia 5 – 13 MHz; Segundas frecuencias seleccionables: 7.3, 8.9, 11.4MHz; Frecuencias Seleccionables THI (Imagen Tisular Armónica) 4.4, 5.3 MHz; tipo de exámenes: Mama, Cerebrovascular, Digital, Músculo-esquelético, Penil, Músculo-esquelético Superficial, Testicular, Tiroideo; Imagen trapezoidal"

16. TRANSDUCTOR CONVEXO CON FRECUENCIA DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS.Catálogo 2, Pág. 2 dice "Transductor CH5-2, ancho de banda de frecuencias 2 – 5 MHz; Segundas frecuencias seleccionables: 2.5, 3.6, 5.0MHz; Frecuencias THI (Imagen Tisular Armónica) Seleccionables 1.8, 2.2 MHz; Tipo de Exámenes: Abdomen; medicina de emergencia; eco fetal; ginecología, renal, urología"

17. TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR.Catálogo 2, Pág. 3 dice "Transductor EC9-4 Frecuencias de banda ancha 4-9MHz; Tipo de exámenes: Gineco-Obstetricia, Urología"

18. UPS DE 1 KVA O MAYOR.Catálogo 3, Pág. 1 dice "UPS Pulsar 1000VA; UPS en línea de doble conversión; Configuración, UPS en línea de doble conversión con factor de corrección de poder y bypass automático"

MARCA: SIEMENS  
 MODELO: ACUSON X150  
 PROCEDENCIA: EUA

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 740,520.00
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS 20/100 M.N.)	I.V.A.	\$ 118,483.20
	TOTAL:	\$ 859,003.20

**NOTAS GENERALES:** -----

1.- EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR EL BIEN: EN 20 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ESTA INVITACION, ASIMISMO GARANTIZARLO POR AL MENOS 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA TAL COMO LO OFERTO EN SU PROPUESTA TECNICA.-----

2.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DIA DE FIRMA, EL LICITANTE DEBERA COMUNICARSE A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DIAS HABILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELEFONO 246 46 5 06 31 EXT. 3707 O 3711.-----


3.- EL LICITANTE ACEPTA QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO PUDIERA FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERA A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTIA QUE HUBIESE OTORGADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

4.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DEL BIEN SE ENTIENDE QUE EL MISMO SE ACEPTA DE CONFORMIDAD, POR LO QUE NO SERA NECESARIO QUE LA CONVOCANTE SUPERVISE LA ENTREGA. Y NO DARA SU VISTO BUENO PARA EL PAGO. QUEDANDO TODO LO SUBSECUENTE DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE -----

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** -----

NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 17:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRONICA A LOS LICITANTES.-----

**REPRESENTANTES**

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS	
LIC. LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA	

-----FIN DE TEXTO-----