

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **07 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, ACXOTLA DEL RÍO TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO**, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO **DRMSYA/215/2015** DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE. LA **C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO DE LA CONTRATANTE Y QUE ÉSTA CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIONES DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. BASÁNDOSE EN EL MISMO, LA CONVOCANTE DETERMINA OTORGAR LOS CONTRATOS Y PEDIDO/CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARÓN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MÁS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ANEXO 1-A					
LICITANTE: EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	BICICLETA TERAPEUTICA MCA NTERFERENCIALES MOD EM-BC-TR ESTÁNDAR CON GRADUACIÓN DE RESISTENCIA Y VELOCÍMETRO DE 50 A 60 KM. POR HORA, CON RIN 15", CON EL MANUBRIO Y EL ASIENTO QUE SEA DE ALTURA Y POSICIÓN AJUSTABLE, CONSTRUIDA EN TUBOS RECTANGULARES DE ACERO DE GRUESO CALIBRE Y RUEDA DE FRICCIÓN DE ACERO BIEN BALANCEADA. MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: EM-BC-TR PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1	\$8,449.00	\$8,449.00
6	BX-BIOSTEP ERGOMETRO SEMI RECUMBENTE MCA BIODEX MOD BIOSTEP 2. POTENCIA DE MÁS DE 600 WATTS PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE USUARIOS. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. FÁCIL DE USAR. MOVIMIENTO ALTERNO DE BRAZOS Y PIERNAS 1:1. MANERALES AJUSTABLE. MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA. PANTALLA GRANDE Y FÁCIL DE USAR DE INICIO RÁPIDO LECTURAS DE RITMO CARDIACO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, DISTANCIA Y TOTAL DE PASOS. CHAROLA UTILITARIA GRANDE, PROPORCIONA UN LUGAR PARA ALMACENAR BOTELLAS DE AGUA Y PERMITE LA LECTURA MANOS A LIBRES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DIMENSIONES: 137 CM DE LARGO X 71 ANCHO X 112 CM DE PROFUNDO. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). MONITOREO DEL RITMO CARDÍACO: TELEMETRÍA POLAR MEDIANTE EMPUÑADURA DE CONTACTO, (TELEMETRÍA COMPATIBLE). LECTURAS: TIEMPO, RPM, VARIOS, CALORIAS, METS, RITMO CARDÍACO, DISTANCIA Y EL TOTAL DE PASOS. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO D EL EQUIPO: 92 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MS DE "30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA" "ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA" DURANTE	PIEZA	1	\$94,319.92	\$94,319.92

	<p>SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO. "DE TRABAJO DE M2S DE 30 WATTS Y 50 RPM". CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.:601-1-M90. CE DE CONFORMIDAD A "NORMA EN 60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA " EN 60601-1-2.</p> <p>MARCA: BIODIX MODELO: BX-BIOSTEP PROCEDENCIA: CANADA</p>				
7	<p>BX-UBC ERGOMETRO ISOCINETICO MCA BIODIX MOD BX-UBC ERGOMETRO. CICLOERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES. AUTO ALIMENTADO. RETROPEDALEO INSTANTÁNEO. HASTA 600 WATTS DE POTENCIA. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. MONITOREO DERITMO CARDIACO, TELEMETRÍA COMPATIBLE. PANEL DE CONTROL DE INICIO RÁPIDO, FÁCIL DE USAR CON BOTONES GRANDES. ERGONÓMICAMENTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO. ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILLA DE RUEDAS. CINTURÓN DE ASIENTO Y LAS ASIDERAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD, EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARÁLISIS. MANERALES EZ-GRIP. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 183 CM DE ALTO. ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM. RESISTENCIA ISOCINÉTICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5°/SEG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120° /SEG. LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, RITMO CARDIACO, TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES. COMPATIBLE CON TELEMETRÍA DE RITMO CARDIACO. COMUNICACIÓN: RS232. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO: 105 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM. CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-M90. CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2.</p> <p>MARCA: BIODIX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA</p>	PIEZA	1	\$86,194.60	\$86,194.60
8	<p>C-2402 COMPRESERO CALIENTE CON 12 COMPRESAS. CARACTERÍSTICAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - AISLAMIENTO TOTAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LA PÉRDIDA DE CALOR. - MANTENIMIENTO SENCILLO QUE NO REQUIERE DE INSTALACIONES DE PLOMERÍA. - VÁLVULA DE DRENADO DE FÁCIL APERTURA PARA UN RÁPIDO DESALOJO DEL AGUA. - CONTROL TERMOSTÁTICO DE TEMPERATURA, QUE MANTIENE LAS COMPRESAS A UNA TEMPERATURA DE 71° C Y 74°C, IDEAL PARA OBTENER UN MÁXIMO BENEFICIO TERAPÉUTICO. - REJILLA INTERNA REMOVIBLE PARA COLOCAR LAS COMPRESAS. -CON LUZ PILOTO PARA INDICAR QUE ESTÁ EN OPERACIÓN. - CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS TAMAÑO ESTÁNDAR CON RUEDAS DE HULE DE 7.62 CM PARA UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTS / 60 HZ. - PESO: 45 KG - DIMENSIONES: 84 ALTO X 39 ANC. 69 LARGO CMS + 2% - ESTÁNDARES: FDA, UL, CSA, ISO 13485 INCLUYE - 12 COMPRESAS HÚMEDO-CALIENTE C-1006 TAMAÑO ESTANDAR - MANUAL DE OPERACIÓN.</p> <p>MARCA: DJO CHATTANOOGA MODELO: C-2402 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$16,883.50	\$16,883.50

9	<p>C-2776 ULTRASONIDO MCA CHATTANOOGA MOD INTELECT MOBILE. POSEE FRECUENCIAS DE 1MHZ PARA TRATAMIENTOS PROFUNDOS Y 3 MHZ PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. CICLOS PULSÁTILES AJUSTABLES DE 10% A CONTINUO 100% (10%,20%,50% Y 100%). LAS SALIDAS DEL CICLO PULSÁTIL TIENEN UNA VARIABILIDAD DE A 6 HZ, 48 HZ O 100 HZ. RADIO DE TRANSMISIÓN NO UNIFORME (BNR) 5:1 MÁXIMO ÁREA EFECTIVA DE RADIACIÓN (ERA) DE ACUERDO AL TAMAÑO DE CABEZAL. TRANSDUCTORES INTERCAMBIABLES MEDIANTE ELECTRONIC SIGNATURE AISLADOS PARA SER UTILIZADOS EN TÉCNICAS DE INMERSIÓN. TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO DISEÑADOS ERGONOMICAMENTE EN VARIOS TAMAÑOS (1 CM2 OPCIONAL, 5 CM2 OPCIONAL, 5 CM2, Y 10 CM2 OPCIONAL) QUE CUENTAN CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. TODOS LOS CABEZALES SON INTERCAMBIABLES DEBIDO A ELECTRONIC SIGNATURE QUE SE ENCUENTRA EN TODOS LOS APLICADORES. CARACTERÍSTICA DE CALENTAMIENTO DE CABEZAL Y CONTROL DE CONTACTO CABEZAL CON RETROALIMENTACIÓN VISUAL Y AUDITIVA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120- 240 V, 50-60HZ. PESO: 2.3KG. DIMENSIONES APROX: 33 X 29 X16 CM. PROFUNDO X ANCHOX ALTO) RELOJ DE 0 A 99 MINUTOS. CLASE DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: CLASE 1, TIPO B. PRUEBAS DE SEGURIDAD: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5</p> <p>MARCA: DJO CHATTANOOGA MODELO: C-2776 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	2	\$13,386.50	\$26,773.00
17	<p>HY-21915 ESTACION REHAB & WELLNES MCA THERA-BAND MOD HY-21915. LA ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO THERA-BAND ES UN CENTRO COMPACTO Y TOTAL DE TOTAL DE REHABILITACIÓN CORPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO, BALANCE Y ENTRENAMIENTO DEL CORE CARACTERÍSTICAS:- TAMAÑO COMPACTO 182.88 X 182.88 CMS. - MULTI-DIMENSIONAL PARA EJERCICIOS EN TRES PLANOS DE MOVIMIENTO. - PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE THERA-BAND COMPROBADOS - INTEGRA PROGRAMAS DE EJERCICIO DE FUERZA, BALANCE Y ENTRENAMIENTO DEL CORE. - CUENTA CON PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS QUE SON FÁCILES DE ENSEÑAR Y APRENDER. - CUENTA CON EL NUEVO SOFTWARE DE EJERCICIOS THERA-BAND CON 170 EJERCICIOS DE FUERZA Y BALANCE PARA CREAR SESIONES PERSONALIZADAS DE ENTRENAMIENTO. - CONTIENE UN AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS FÁCILES CONECTAR. PROVEÍDO CON CUATRO PÓSTER A COLOR CON EJERCICIOS. INCLUYE ESTACIÓN DE PARED THERA-BAND. - DOS CANALES DE PARED DE ALUMINIO ANODIZADO DE 106.68 CM CON CONEXIÓN DESLIZABLE. - UN CANAL SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 45.72 CM CON CONEXIÓN DESLIZABLE. UNA BARRA CRUZADA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 60.96 CMS CON CONEXIÓN DESLIZABLE. - DOS MANIJAS DE EJERCICIO SUAVES CON CONECTOR DE ANILLO D. 4 POSTERS DE WALL STATION A COLOR. UNA UNIDAD BASE PORTÁTIL CON SEIS PUNTOS DE CONEXIÓN DE CLIP. -1 KIT DE ACCESORIOS COMPLETOS QUE INCLUYE. -UNA BARRA DE 91.44 CM CON 2 TIRAS DE CONEXIÓN, CINTURÓN, CORREAS DE ASISTENCIA (2).. - UNA BANDA PARA LA CABEZA CON CONECTOR DE ANILLO D - DOS MANIJAS SUAVES - DOS MANIJAS SUAVES DE ASISTENCIA DE NYLON CON CONECTOR DE ANILLO-D. -TUBOS DE RESISTENCIA PROGRESIVA CON 4 NIVELES DE PROGRESIÓN Y TRES LONGITUDES DIFERENTES. -UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA-BAND SCP PRO SERIES DE 45CM, AMARILLA. - UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA-BAND SCP PRO SERIES, DE 55CM, ROJA. - UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA-BAND SCP PRO SERIES, DE 65CM, VERDE -DOS ENTRENADORES DE BALANCE THERA-BAND, AZUL-SUAVE. - DOS ENTRENADOR DE BALANCE THERA-BAND VERDE-FIRME - UN CD DE SOFTWARE THERA-BAND DE EJERCICIOS CON 170 ILUSTRACIONES.- UN MUEBLE PARA ACCESORIOS THERA-BAND FABRICANTE: THERA-BAND</p> <p>MARCA: THERA-BAND MODELO: HY-21915 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$21,176.50	\$21,176.50

19	<p>LA-1607 ESCALERA C/ RAMPA MCA INTERFERENCIALES MOD 1607. FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD ESTUFADA Y DESFLEMADA. CATALIZADA EN PILETA DE ÁCIDOS EPÓXICOS PARAPROTEGERLA DE AGENTES EXTERNOS (HUMEDAD, INTEMPERIE Y PLAGA) TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO HASTA UN 40% ACABADO EN BARNIZ DURO NATURAL. ESCALONES CUBIERTOS DE HULE ANTIDERRAPANTE 3 ESCALONES DE UN LADO Y RAMPA EN EL OTRO EN FORMA DE ESCUADRA DESCANSO Y BARANDALES.</p> <p>MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1607 PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PIEZA	1	\$12,726.00	\$12,726.00
20	<p>CARRO MÓVIL MCA CHATTANOOGA MOD. P/ADVANCE MOBILE CUENTA CON 6 CAJONES PARA ACCESORIOS, CUATRO RUEDAS, DOSCON FRENO, CABLE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DE INSTALACION INTERNA.</p> <p>MARCA: DJO / CHATTANOOGA MODELO: C-2775 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	6	\$7,327.60	\$43,965.60
22	<p>LÁMPARA DE INFRARROJOS, CAMPANA DE ALUMINIO PULIDO PROTECCIÓN DE REJILLA DE ACERO CROMADO RADIADOR INFRARROJO MEDICINAL DE 250 WATTS A 125 VOLTS, 60HZ. VIENE CON BASE DE 5 PATAS DE TUBO. ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CORROSIÓN. COLOR NEGRO TEXTURIZADO. RUEDAS ESFÉRICAS DE HUELE DE 5.08CM CON CASQUILLO CROMADO.</p> <p>MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1504 PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PIEZA	2	\$5,745.60	\$11,491.20
25	<p>LD-E9CT ELIPTICA E9 MCA LANDICE MOD CARDIO TRAINER. ROLLMENTUM PATENTADO QUE REPLICA EL MOVIMIENTO NATURAL DEL CUERPO. PEDALES ORTOPÉDICOS SUAVES QUE DAN COMODIDAD Y EVITAN LA FATIGA EN LOS PIES. ALTURA MUY BAJA PARA SUBIR A LA ELLIPTIMILL. ZANCADA AJUSTABLE DE 43CM A 58.5CM. PERMITE ENTRENAMIENTO SUPERIOR AISLADO, 2" DE ESPACIO PEDAL, 2" CARRILES LATERALES DE GRADO MÉDICO, 11" EN EL DIÁMETRO DEL VOLANTE, CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO VANGUARDISTA QUE DE BRINDA COMODIDAD Y ENTRETENIMIENTO.</p> <p>MARCA: LANDICE MODELO: LD-E9CT PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$63,772.30	\$63,772.30
26	<p>LD-L7RTM CAMINADORA MCA LANDICE MOD L770 RTM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VELOCIDAD INICIAL DE CERO - RANGO DE VELOCIDAD DE 0.1 A 12 MPH (0.16KM A 19.3KM). GRADOS DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA DE 15% MOTOR DUTY CONTINUO DE 3HP ULTRA INTENSIDAD DE TORQUE. PROTECCIÓN DE ELEVACIÓN SOBRE VELOCIDAD. BANDA SIN FIN DE 4 PLIEGOS (50.80CM X 147.32CM). ALTURA DEL ESCALÓN PARA SUBIR A LA UNIDAD DE TAN SOLO 14.60 CM. SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPULSO VFX ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE. RUEDAS DE ACERO DE 6.35 CM. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE DE 400 LIBRAS (181KG.) PESO DE LA UNIDAD DE 300 LIBRAS (136KG). HUELLA DE (81.28 CM X 195.58 CM). MARCO DE ALUMINIO ANTIOXIDANTE</p> <p>MARCA: LANDICE MODELO: LD-L7RTM PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$49,914.80	\$49,914.80
29	<p>MESA DE TRATAMIENTO 7 SECCIONES. C-3335A MESA ELECTRICA MCA CHATTANOOGA MOD REGION 7C/D. MESA DE TRATAMIENTO DE 7 SECCIONES CON DRENAJE POSTURAL. SU ALTURA VARIABLE</p>	PIEZA	1	\$66,642.60	\$66,642.60

	<p>PERMITE COLOCAR AL PACIENTE A LA ALTURA ADECUADA PARA QUE EL TERAPEUTA PUEDA REALIZAR LA TERAPIA SIN OCASIONAR DAÑOS A SU COLUMNA. BASE ABIERTA PARA FÁCIL ACCESO DE GRÚAS TRANSPORTADORAS U OTROS MEDIOS TERAPÉUTICOS. LOS DIVERSOS AJUSTES DE POSICIÓN INCREMENTAN LA VERSATILIDAD DE LA MESA.</p> <p>MARCA: DJO / CHATTANOOGA MODELO: C-3335-A PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>				
30	<p>PARAFINERO DICKSON. TH-PB-104 PARAFINERO MCA TH MOD K 22LBS STD & EST. CON ALARMA PARA ALTAS TEMPERATURAS. CONTROL DE TEMPERATURA CRÍTICA. DRENAJES DE TEMPERATURA. TANQUES MONEL. MOLDURA DE CAOBA</p> <p>MARCA: WHITEHALL MFG. MODELO: TH-PB-104 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$74,835.00	\$74,835.00
37	<p>SOPORTE PARCIAL DE PESO. MR-300MX SSEP MCA MOBILITY RESEARCH MOD 300MX YOKE ELÉCTRICO. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE PESO: 136.2 KG. ALTURA MÁXIMA: 213 CM. CON MECANISMO PARA ELEVAR Y BAJAR EL SOPORTE DONDE SE SUJETA EL ARNES. SISTEMA ELECTRICO. USO DE BATERIAS DE 24 VOLTS, CON PANTALLA QUE MUESTRA EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA. CON CARGADOR QUE SE CONECTA A UNA LINEA DE 110 V PARA RECARGAR LAS BATERIAS. BASE COMPUESTA DE DOS BARRAS HORIZONTALES CONECTADAS ENTRE SI, POR DOS TUBOS EN FORMA DE "U". BASE CON FINAL ABIERTO EN EL CUAL SE PUEDE COLOCAR EL APARATO DE ASISTENCIA, Y UN FINAL CERRADO, DONDE EL SISTEMA DE ELEVACION Y LA BATERIA ESTAN COLOCADOS. SISTEMA DE ELEVACION A TRAVES DE PISTON. CON INTERRUPTOR DE MAN PARA PODER AJUSTAR LA ALTURA.</p> <p>MARCA: MOBILITY RESEARCH MODELO: MR-300MX PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS</p>	PIEZA	1	\$144,208.70	\$144,208.70
41	<p>BX-UBC ERGOMETRO ISOCINETICO MCA BIODEX MOD BX-UBC ERGOMETRO. CICLOERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES. AUTO ALIMENTADO. RETROPEDALEO INSTANTÁNEO. HASTA 600 WATTS DE POTENCIA. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. MONITOREO DE RITMO CARDIACO, TELEMETRÍA COMPATIBLE. PANEL DE CONTROL DE INICIO RÁPIDO, FÁCIL DE USAR CON BOTONES GRANDES. ERGONÓMICAMENTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO. ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILLA DE RUEDAS. CINTURÓN DE ASIENTO Y LAS ASIDERAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD, EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARÁLISIS. MANERALES EZ-GRIP. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 183 CM DE ALTO. ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM. RESISTENCIA ISOCINÉTICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5°/SEG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120° /SEG. LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, RITMO CARDIACO, TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES. COMPATIBLE CON TELEMETRÍA DE RITMO CARDIACO. COMUNICACIÓN: RS232. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO: 105 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM. CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-M90. CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE.</p>	PIEZA	1	\$86,518.90	\$86,518.90

	MARCA: BIODEX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA				
46	<p>BX-UBC ERGOMETRO ISOCINETICO MCA BIODEX MOD BX-UBC ERGOMETRO. CICLOERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES. AUTO ALIMENTADO. RETROPEDALEO INSTANTÁNEO. HASTA 600 WATTS DE POTENCIA. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. MONITOREO DE RITMO CARDIACO, TELEMETRÍA COMPATIBLE. PANEL DE CONTROL DE INICIO RÁPIDO, FÁCIL DE USAR CON BOTONES GRANDES. ERGONÓMICAMENTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO. ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILLA DE RUEDAS. CINTURÓN DE ASIENTO Y LAS ASIDERAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD, EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARÁLISIS. MANERALES EZ-GRIP. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 183 CM DE ALTO. ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM. RESISTENCIA ISOCINÉTICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5°/SEG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120° /SEG. LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, RITMO CARDIACO, TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES. COMPATIBLE CON TELEMETRÍA DE RITMO CARDIACO. COMUNICACIÓN: RS232. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO: 105 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM. CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-M90. CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE.</p> <p>MARCA: BIODEX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA</p>	PIEZA	1	\$86,518.90	\$86,518.90
IMPORTE TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL	\$894,390.52
UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				IVA	\$143,102.48
				TOTAL	\$1,037,493.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA				ANEXO 1	0.00
UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				ANEXO 1A	1,037,493.00
				TOTAL	1,037,493.00

INFUSOMED, S.A. DE C.V.

ANEXO 1					
LICITANTE: INFUSOMED, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 ANEXO 1	<p>BASCULA DE COCINA ESPECIFICACIONES</p> <p>1.-CAPACIADA DE 5KG/10LB/160oz</p> <p>2.-DIVISION MINIMA 1g/0,002lb/0,05oz</p> <p>3.-DISPLAY (CUARZO LIQUIDO)</p> <p>4.-PANTALLA ILUMINADA (INCLUIDO)</p> <p>5.-CORRIENTE ELECTRICA 110v/60hz (220v/50Hz opcional)</p> <p>6.-CONECTRO SERIAL RS-232</p> <p>7.-BATERIA RECARGABLE INCLUIDA CON DURACION DE 100 HORAS</p>	PIEZA	11	\$ 3,800.00	\$ 41,800.00

	<p>8.-TARA MAXIMA 5Kg/10lb 9.-PLATO 20CM X 24 CM (7.8X9.4") MARCA:TORREY MODELO: L-EQ-5/10 PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
2 ANEXO 1	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL CARACTERISTICAS: 1.-CONSTRUCCION MESA DE TRABAJO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE, EXTERIOR EN ACERO LAMINADO CON ACABADO PINTURA EPOXICA, ILUMINACION EN LA ZONA DE TRABAJO, PUERTOS PARA PRUEBA PAO, VARIADOR DE VELOCIDAD. 2.-FLUJO DE AIRE HORIZONTAL, VELOCIDAD 100 /PIES MINUTO 3.-MOTO-VENTILADOR MONOFASICO, 110 VOLTS 60 CICLOS, DE BAJO NIVEL DE RUIDO 4.-FILTROS ABSOLUTOS HEPA VECOFLOW CON EFICIENCIA 99.99% o 99.999% (opcional) SEGUN PRUEBA DOP, PREFILTRO DE FIBRA SINTETICA 5.-VIBRACION OSCILACION MAXIMA DE 0.003 PULGADAS 6.-NIVEL DE RUIDO 80 DECIBELES EN LA ESCALA DE C. INCLUYE: BASE DE TRANSPORTACIÓN CON RODAJAS, PANEL DE ILUMINACION, MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE CONTACTO AUXILIAR LUZ UV, ESPITA PARA AGUA O GAS, MICROPROCESADOR, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION MARCA: VECO MODELO: GHFL-A12 PROCEDENCIA: NACIONAL</p>	PIEZA	1	\$ 192,000.00	\$ 192,000.00
4 ANEXO 1	<p>VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL A) DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECAÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA QUE MUESTRE GRÁFICAMENTE, DATOS NUMÉRICOS, Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. SE INCLUYE PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS BASADOS EN AJUSTE DE PESO DE PACIENTE DE 0.25 KG. MANUAL 1 PAG. 1-2; CATALOGO 1 PAG. 1. 1.- CONTROLES: MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2. 1.1.- FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). LÍMITE INFERIOR 0.2. LÍMITE SUPERIOR 160. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2. 1.2.- PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1. LÍMITE SUPERIOR 98. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3. 1.3.- FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM). LÍMITE INFERIOR 3. LÍMITE SUPERIOR 150. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2. 1.4.- TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0.1. LÍMITE SUPERIOR 15. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3. 1.5.- FIO2 %, LÍMITE INFERIOR 21. LÍMITE SUPERIOR 100. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2. 1.6.- RESPIRACIÓN MANUAL. SI. MANUAL 1 PAG. 4-34; CATALOGO 1 PAG. 4. 1.7.- PEEP/CPAP, CMH2O. LÍMITE INFERIOR 1. LÍMITE SUPERIOR 50. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3. 1.8.- PRESIÓN SOPORTE (PSV), CMH2O. LÍMITE INFERIOR 0. LÍMITE SUPERIOR 60. SEGUN RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y</p>	PIEZA	4	\$ 621,500.00	\$ 2,486,000.00

CORRECTIVO, S.A. DE C.V. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.

1.9.- BIAS FLOW Ó FLUJO BASE Ó CONTINUO, LÍMITE INFERIOR 3. LÍMITE SUPERIOR 10. MANUAL 1 PAG. 1-13, 11-5.

1.10.- MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR PRESIÓN Y POR FLUJO. AJUSTE DE LA RAMPA DE PRESIÓN Ó RISE TIME Ó RETARDO INSPIRATORIO Ó RAMPA Ó INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.

2.- MODOS DE VENTILACIÓN: MANUAL 1 PAG. 8-3; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.1.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA (A/C) POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 8-4, 8-6; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.2.- VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 8-10, 8-12; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.3.- PRESIÓN SOPORTE (PSV). MANUAL 1 PAG. 8-16; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.4.- CPAP O ESPONTANEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. MANUAL 1 PAG. 8-14; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.5.- RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 10-10; CATALOGO 1 PAG. 2.

2.6.- CON VOLUMEN GARANTIZADO O LÍMITE DE VOLUMEN. CAPACIDAD DE CONTAR CON VENTILACIÓN NO INVASIVA, RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN. MANUAL 1 PAG. 8-18; CATALOGO 1 PAG. 2.

3.- PARÁMETROS MONITORIZADOS: MANUAL 1 PAG. 2-12; CATALOGO 1 PAG. 6.

3.1.- PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. MANUAL 1 PAG. 1-13, 1-14, 2-15.

3.2.- PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. MANUAL 1 PAG. 1-11, 2-17.

3.3.- PEEP MANUAL 1 PAG. 1-10, 2-17.

3.4.- FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15; CATALOGO 1 PAG. 6.

3.5.- VOLUMEN MINUTO. MANUAL 1 PAG. 1-12, 2-17; CATALOGO 1 PAG. 6.

3.6.- TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15.

3.7.- RELACIÓN I:E. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15.

3.8.- VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. MANUAL 1 PAG. 1-12, 2-15; CATALOGO 1 PAG. 6.

3.9.- FIO2. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-17; CATALOGO 1 PAG. 6.

3.11.- INDICAR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. MANUAL 1 PAG. 1-5, 6-4.

3.12.- INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. CÁLCULO DE LA DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE RESISTENCIA. MANUAL 1 PAG. 4-38, 7-2, 12-14; CATALOGO 1 PAG. 4.

3.13.- PARÁMETROS MONITORIZADOS: DESPLIEGUE DE LAS TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: A) VOLUMEN – TIEMPO, B) FLUJO – TIEMPO, C) PRESIÓN – TIEMPO MANUAL 1 PAG. 2-15, 4-27; CATALOGO 1 PAG. 6.---3.14

3.16.- DESPLIEGUE DE TRES LAZOS O LOOPS: PRESIÓN-VOLUMEN (P-V), FLUJO-VOLUMEN (F-V) Y PRESIÓN-FLUJO (P-F). MANUAL 1 PAG. 1-9, 1-10, 4-28; CATALOGO 1 PAG. 4.

3.17.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y/O TENDENCIAS DE POR LO MENOS 300 HORAS. MANUAL 1 PAG. 4-26; CATALOGO 1 PAG. 7.

3.18.- PORCENTAJE DE FUGAS. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. CÁLCULO DE ÍNDICE P0.1 O P100. MANUAL 1

PAG.4-16; CATALOGO 1 PAG. 6.
 ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO SE OFERTA:
 4.- ALARMAS: MANUAL 1 PAG. 4-1, 6-5; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.1.- AUDIBLES Y VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. CON FUNCIÓN DE AUTOLÍMITES DE ALARMA. MANUAL 1 PAG. 6-2; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.2.- PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. MANUAL 1 PAG. 6-10; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.3.- PEEP BAJO Y DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. MANUAL 1 PAG. 6-9; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.4.- APNEA. MANUAL 1 PAG. 6-5; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.5.- VOLUMEN MINUTO BAJO. MANUAL 1 PAG. 6-13; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.6.- FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. MANUAL 1 PAG. 6-8; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.7.- FIO2 ALTA Y BAJA. MANUAL 1 PAG. 6-8; CATALOGO 1 PAG. 4.
 4.8.- BAJA PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GASES. MANUAL 1 PAG. 6-10.
 4.9.- FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MANUAL 1 PAG. 2-12, 6-14.
 4.10.- BATERÍA BAJA O INDICADOR. MANUAL 1 PAG. 6-5.
 4.11.- VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR O FALLA DE CICLO MANUAL 1 PAG. 6-8.
 4.12.- SILENCIO DE ALARMA. MANUAL 1 PAG. 2-15, 6-3.
 5.- GENERALES: MANUAL 1 PAG. 2-2; CATALOGO 1 PAG. 1.
 5.1.- MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO. MANUAL 1 PAG. 11-8.
 5.2.- ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO O INTEGRADO. MANUAL 1 PAG. 8-27; CATALOGO 1 PAG. 1, 6.
 5.3.- SENSOR DE FLUJO REUSABLE. MANUAL 1 PAG. 2-2, 7-13.
 5.4.- NEBULIZADOR SINCRÓNICO O NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO MEDIANTE MICRO NEBULIZACIÓN, PARTÍCULA NO MAYOR A TRES MICRAS. MANUAL 1 PAG.3-9; CATALOGO 1 PAG. 7.
 5.5.- PANTALLA A COLOR DE 12" (30.48 CM). MANUAL 1 PAG. 2-6; CATALOGO 1 PAG. 6.
 5.6.- TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. QUE SOPORTE PACIENTES DESDE 0.5 KG Y HASTA 200 KG AL MENOS. MANUAL 1 PAG. 2-16, 2-19.
 5.7.- PERILLA O PERILLAS SELECTORAS PARA EL AJUSTE DE VALORES CON SISTEMA DE SEGURIDAD POR PASOS. MANUAL 1 PAG. 2-12; CATALOGO 1 PAG. 1.
 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS:
 6.1.- BASE RODABLE CON CUATRO RUEDAS CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS PARA EL EQUIPO. MANUAL 1 PAG. 2-2; CATALOGO 1 PAG. 1.
 6.2.- BATERÍA INTERNA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 120 MIN. SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. MANUAL 1 PAG. 11-4; CATALOGO 1 PAG.8.
 6.3.- MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE. CATÁLOGO 4 PAG. 9.
 6.4.- REGULADORES DE PRESIÓN INTERNOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. MANUAL 1 PAG. 5-8, 8-25.
 6.5.- UN CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE. CATALOGO 3 PAG. 2.
 6.6.- CAPACIDAD A FUTURO DE INCLUIR HUMIDIFICADOR CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN. MANUAL 1 PAG. 3-18; CATALOGO 2 PAG.1.
 MARCA: GE DATEX-OHMEDA.
 MODELO:ENGSTRÖM CARESTATION
 PROCEDENCIA: EUA

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO DEL ANEXO 1 CON LETRA:	SUBTOTAL	\$ 2,719,800.00
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 M.N.	I.V.A.	\$ 435,168.00
	TOTAL	\$ 3,154,968.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA	ANEXO 1	\$ 3,154,968.00
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	ANEXO 1A	\$ -
	TOTAL	\$ 3,154,968.00

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.					
PAR-TIDA	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA INCLUYENDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANEXO 1A					
1	BLOQUE I UBR SAN PABLO APETATITLAN BA-400 MESA TRATAMIENTO MCA REQUENA FABRICADA EN MADERA NATURAL ESTUFADA Y DESFLEMADA CON BARNIZ AL NATURAL , MEDIDAS 61X185.X80 CM CON COLCHON FORRADO CON VINIL MEDIDAS 5 A 7 CMS ESPESOR MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	5	\$5,926.00	\$29,630.00
4	BOLICHE JUMBO: UTIL EN LA COORDINACION OJO-MANO SU TAMAÑO LO HACE FUNCIONAL PARA EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD GRUESA, RECONOCIMIENTO DE COLORES Y FORMAS. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00
10	COLCHON PARA TERAPIA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 213CMS LARGOX152 C, DE ANCHO POR 51CMS ALTURA CON COLCHON DE 10CMS DE ESPESOR MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	5	\$9,285.00	\$46,425.00
12	COLCHONETA PARA TERAPIA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 213CMS LARGO X 1.52CMS DE ANCHO POR 51CMS ALTURA CON . COLCHON FABRICADO CON ESPUMA. MATERIAL RESISTENTE QUE PROPORCIONA SOPORTE, CALOR, SUAVIDAD Y ABSORCION. REPELENTE AL AGUA, NO PERMITE QUE PENETRE SU ESTRUCTURA. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1	\$9,285.00	\$9,285.00
13	COLCHONETA TAPETE DE TEXTURAS: APOYO DIDACTICO QUE PERMITE A LOS NIÑOS EL APRENDIZAJE Y A LA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES TEXTURAS, ESTIMULANDO ASI EL SENTIDO DEL TACTO, LA VISTA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. TAMAÑO APROX. 120 X 65 X 5 CM. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	2	\$1,940.00	\$3,880.00
15	ESCALERA DE EQUILIBRIO: ADECUADA PARA ACTIVIDADES SENSORIALES, A MEDIDA QUE SE AFLOJA EL CORDON SE INCREMENTA LA DISTANCIA ENTRE LOS POSTES AYUDANDO AL NIÑO A MEJORAR SU EQUILIBRIO. TAMAÑO APROX. 133 X 40 CM. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	2	\$2,547.00	\$5,094.00
16	"ESPEJO DE UNA HOJA. FABRICADO EN MADERA DE PINO DE	PIEZA	3	\$5,926.00	\$17,778.00

	<p>PRIMERA CALIDAD ESTUFADA Y DESFLEMADA TEMINDA DE BARNIZ AL NATURAL MOD DE 1 SECCION CON 4 RUEDAS. 2 DE ELLAS CON FRENO LOS ESPEJOS SON DE 0.4CM DE GRUESO, ELABORADOS CON VIDRIO. MONTADOS EN MARCOS DE MADERA DURA BARNIZADA CON TERMINADO NATURAL. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO</p>				
38	<p>TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES / INFERIORES. W-E-45-M TINA MOVIL MCA W MD PIERNA BRZO 813X46X61 TINA MOVIL DE EXTREMIDAD COMPLETA DE 45 GALONES. LA LNEA DE TINAS DE EXTREMIDADES PROPORCIONA LA CONFIGURACION MAS ECONOMICA Y ECOLOGICA POSIBLE EN HIDROTERAPIA. SU DISEÑO COMPACTO AHORRA ESPACIO Y SU BAJA CAPACIDAD DE AGUA REDUCE SU CANTIDAD SIN SACRIFICAR UN TRATAMIENTO ADECUADO. CADA UNIDAD PROPORCIONA UN TRATAMIENTO COMODO Y EFECTIVO EN AREAS PRECISAS DEL CUERPO, COMO EL PIE, EL TOBILLO, LA PIERNA INFERIOR, ASI COMO LAS EXTREMIDADES SUPERIORES COMO EL CODO EL ANTEBRAZO Y LA MANO. ESTA OPCION PROPORCIONA UNA UNIDAD MOVIL ESTANDAR. CUENTA CON RUEDAS PARA QUE SE TRASPORTE A DONDE LO REQUIERA. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 45 GALONES (170.34 LITROS). LARGO INTERNO: (81.3CM) ANCHO INTERNO: (46CM). PROFUNDIDAD INTERNA:(61 CM). CERTIFICACIONES: MET , CE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA DE 120 V 60/HZ/6 A. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PIEZA	2	\$68,390.00	\$136,780.00
39	<p>TINA HORIZONTAL. TINA MOVIL MOD. CUERPO ENTERO 1676X610X460 MM. COMBINA LA INMERSION DE TODO EL CUERPO, CON FACIL ACCESO Y LA CAPACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS REGIONES DE LA EXTREMIDAD JUNTO CON LAS AREAS DE LA CADERA Y LA ESPALDA. ESTAS UNIDADES LARGAS Y POCO PROFUNDAS ESTAN DISEÑADAS A UNA ALTURA INFERIOR A LA FACILIDAD DE ACCESO SUPERIOR DEL PACIENTE, HOMBRO Y CUELLO, TAMBIEN SE PUEDEN TRATAR. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 105 GALONES (397.46 LITROS). LARGO INTERNO:(167.64CM) ANCHO INTERNO:(60.96CM). PROFUNDIDAD INTERNA:(45.72CM). CERTIFICACIONES: MET , CE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. AREA FISICA ADECUADA. CONTACTO POLARIZADO DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA PARA RESISTENCIA A CALENTAMIENTO, CON TIERRA REAL. TUBERIA DE AGUA DE DIAMETRO APROXIMADO AL CONSUMO. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PIEZA	2	\$73,780.00	\$147,560.00
44	<p>TINA HORIZONTAL / TINA DE HIDROMASAJE HORIZONTAL PARA CUERPO COMPLETO MARCA REQUENA O SIMILAR: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 TURBINA DE 3/4HP CON REGULADOR DE CHORRO, ALTURA AJUSTABLE Y SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS TERMOMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DEL AGUA EN LA TINA MOVIL CON RUEDAS Y FIJA SIN RUEDAS VALVULA MANUAL PARA DESAGÜE DEL TANQUE DIMENSIONES: 152 CM. LARGO X 61CMS ANCHO X 46CMS ALTO INSTALACIONES: AREA FISICA ADECUADA CORRIENTE ELECTRICA 120 V/ 60 HZ. CONTACTO POLARIZADO DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA PARA RESISTENCIA A CALENTAMIENTO, CON TIERRA REAL. SE REQUIERE FICHA TECNICA Y GUIA MECANICA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE.</p>	PIEZA	1	\$63,580.00	\$63,580.00

	MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO				
48	TINA HORIZONTAL / TINA DE HIDROMASAJE HORIZONTAL PARA CUERPO COMPLETO MARCA REQUENA O SIMILAR: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 TURBINA DE 3/4HP CON REGULADOR DE CHORRO, ALTURA AJUSTABLE Y SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS TERMOMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DEL AGUA EN LA TINA MOVIL CON RUEDAS Y FIJA SIN RUEDAS VALVULA MANUAL PARA DESAGÜE DEL TANQUE DIMENSIONES: 152 CM. LARGO X 61CMS ANCHO X 46CMS ALTO INSTALACIONES: AREA FISICA ADECUADA CORRIENTE ELECTRICA 120 V/ 60 HZ. CONTACTO POLARIZADO DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA PARA RESISTENCIA A CALENTAMIENTO, CON TIERRA REAL. SE REQUIERE FICHA TECNICA Y GUIA MECANICA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1	\$63,580.00	\$63,580.00
SUBTOTAL ANEXO 1A				SUBTOTAL	\$524,042.00
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N.				I.V.A.	\$83,846.72
				TOTAL	\$607,888.72
IMPORTE TOTAL CON LETRA				ANEXO 1	\$ -
SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.				ANEXO 1A	\$607,888.72
				TOTAL	\$607,888.72

NOTAS GENERALES:

1- MEDIANTE OFICIO OF/RM/01109/07/20015, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS SIGUIENTES PARTIDAS HAN QUEDADO DESIERTAS:

ANEXO 1, PARTIDA 3.**ANEXO 1A, LAS PARTIDAS 2, 5, 11, 14, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 43 Y 47.**

DE IGUAL FORMA, DEL **ANEXO 1A, PARTIDA 33**, NO SE ACEPTA POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES. DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 16.6 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

2.- LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE HAN QUEDADO DESIERTAS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE LA CONVOCANTE Y CONTRATANTE DETERMINEN CONJUNTAMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

3.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR LOS BIENES OFERTADOS EN TIEMPO Y FORMA **A MÁS TARDAR A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO**, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. ASIMISMO, **LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL MENOS 24 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACEN**, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

4.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA **FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO/CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE**, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERÁN COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO **246 46 5 09 00 EXT. 1806**. ASÍ MISMO, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, EN LAS **OFICINAS DE LA CONTRATANTE PARA LA FIRMA DEL PEDIDO**. POR LO QUE PODRÁN COMUNICARSE AL TELÉFONO **246 46 2 10 60 EXT. 8029**.

5.- **LOS LICITANTES ACEPTAN QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁN A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORGADO**, PUDIENDO ÉSTA ADJUDICAR EL **CONTRATO Y/O PEDIDO/CONTRATO**

RESPECTIVO A OTRO PROVEEDOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

6.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O PEDIDO/CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERÁ PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. -----

7.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO LA ENTREGA DE LOS BEINES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

8.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO/CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL PEDIDO/CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE. -----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **18:25** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES. -----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES	

-----FIN DE TEXTO-----