

**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-23/2013
REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
PARA SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2013, Y HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GOMEZ BLANCO NUM. 60, COLONIA ACXOTLA DEL RIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACION REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO AJ/0246/2013 DE FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; ASIMISMO, LA **LIC. LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 31 FRACCION II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONOMICO, LA CONVOCANTE BASANDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACION, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LAS PROPUESTAS ECONOMICAS MAS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS , QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

GRUPO CORIAT S.C. DE R.L. DE C.V.

ANEXO 1

LICITANTE: GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.							
PARTI DA	CLA VE	DESCRIPCION (conforme a su propuesta técnica incluyendo marca modelo y procedencia)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
1	S/C	<p style="text-align: center;">1. Refrigerador vertical nacional. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p style="text-align: center;">2. Capacidad de 20 pies cúbicos. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p style="text-align: center;">3. Con 4 (cuatro) parrillas en acero inoxidable. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p style="text-align: center;">4. Control de temperatura inteligente (ahorrador de energía), donde puede programar el horario de día y noche. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p style="text-align: center;">5. Así como la temperatura a la que desea trabajar del rango de 2°C hasta 8°C. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p>	PZAS	10	\$26,600.00	\$266,000.00	\$266,000.00

		<p>6. Puerta con dos crisales para menor consumo de energía. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p>7. Sistema de puerta de auto-cierre. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p>8. Batería de respaldo hasta por 30 minutos de energía eléctrica para el Control de temperatura inteligente. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p>9. Fabricado en su exterior e interior en acero inoxidable 430. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p>10. Graficador externo. Instalado en la parte superior del equipo. Disco circular de 4" de diámetro. <u>Catalogo SOBRINOX No.1</u></p> <p>Registre al menos por 7 días y cada 24 horas.</p> <p>Rango de registro de -50° A +50°C.</p> <p>Plumilla de tinta intercambiable.</p> <p>100 Hojas de registro.</p> <p>Marca: SOBRINOX</p> <p>Modelo: RBS-120-SVA</p> <p>País de Origen: México.</p> <p>Fabricante: GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.</p>					
4	S/C	<p>1. Refrigerador vertical nacional. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>2. Capacidad de 5.4 pies cúbicos. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>3. Con 2 (dos) parrillas en acero inoxidable. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>4. Control microprocesador: <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p>	PZAS	3	\$18,900.00	\$ 56,700.00	\$ 56,700.00

	<p>Configurado para mantener la temperatura de 2°C hasta 8°C.</p> <p>Función de deshielo automático y manual por resistencias.</p> <p>Carga de batería automática y permanente.</p> <p>Alarma audible y visual con despliegue en la pantalla de falla específica por:</p> <p>Falla de suministro eléctrico.</p> <p>Temperatura mayor a la programada.</p> <p>Temperatura menor a la programada.</p> <p>Puerta abierta por más de un minuto.</p> <p>Falla en el sensor.</p> <p>5. Puerta con dos cristales.</p> <p><u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>6. Batería de respaldo hasta por 30 minutos de energía eléctrica para control de microprocesador.</p> <p><u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>7. Fabricado en su exterior e interior en acero inoxidable 430.</p> <p><u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>8. Sin Graficador.</p> <p>Marca: SOBRINOX</p> <p>Modelo: RBS-5.4-CVA</p> <p>País de Origen: México.</p> <p>Fabricante: GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.</p>					
	<p>Función de deshielo automático y manual por resistencias.</p> <p>Carga de batería automática y permanente.</p> <p>Alarma audible y visual con despliegue en la pantalla de falla específica por:</p> <p>Falla de suministro eléctrico.</p>					

	<p>Temperatura mayor a la programada. Temperatura menor a la programada. Puerta abierta por más de un minuto. Falla en el sensor.</p> <p>5. Puerta con dos cristales. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>6. Batería de respaldo hasta por 30 minutos de energía eléctrica para control de microprocesador. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>7. Fabricado en su exterior e interior en acero inoxidable 430. <u>Catalogo SOBRINOX No.2</u></p> <p>8. Sin Graficador. Marca: SOBRINOX Modelo: RBS-5.4-CVA País de Origen: México. Fabricante: GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.</p>				
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL		\$ 322,700.00	\$ 322,700.00
trescientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.		IVA		\$ 51,632.00	\$ 51,632.00
		TOTAL		\$ 374,332.00	\$ 374,332.00

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANEXO 1		INCUBADORA DE MESA	PZAS	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00
	3	<p>1) Con control de temperatura que proporcione calentamiento uniforme y preciso, Digital, programable, a base de microprocesador de doble display. (Cat. Pag.1)</p> <p>2) Moto Ventilador que permita que el aire caliente y circule de manera horizontal, mejorando el flujo de calor eficientemente "CONVECCION MECANICA", (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)</p> <p>3) Pantalla de tres caracteres que permiten la configuración de la temperatura, (Cat. Pag.1)</p> <p>4) Con puerta interior de vidrio para evitar choque térmico, (Cat. Pag.1)</p>				

- 5) Cuatro entrepaños y dos charolas de acero inoxidable, (Cat. Pag.1)
- 6) Rango de temperatura ambiente + 5 a 100 grados centígrados, (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)
- 7) Medidas externa del equipo de 62 x 64 x 82 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto: (Cat. Pag.2) Según Junta de Aclaraciones Respuesta 59
- 8) Medidas internas de la cámara de 45 x 45 x 45 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto: (Cat. Pag.2) Según Junta de Aclaraciones Respuesta 59.
- MARCA: TERLAB**
- MODELO: TE - E - 45 DM**
- PROCEDENCIA: MEXICO, FABRICACION NACIONAL**

ANEXO 1	HORNO DE SECADO DIGITAL	PZA	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
------------	--------------------------------	-----	---	-----------------	--------------

- 6
- 1) Con dimensiones exteriores de 74 x 83 x 92 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto (Cat. Pag.2) Según Junta de Aclaraciones Respuesta 15.
- 2) Con dimensiones exteriores de 60 x 60 x 70 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto, volumen de 200 litros = 200 dm³, (Cat. Pag.2) Según Junta de Aclaraciones Respuesta 15.
- 3) Con temperaturas en rango desde ambiente +5° C a 220 gados centígrados. (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)
- 4) Con circulación forzada convección mecánica con moto-ventilador. (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)
- 5) Voltaje eléctrico: 120 V. C. A. 50/60 Hz. (Cat. Pag.1)
- MARCA: TERLAB**
- MODELO: TE - E - 45 DM**
- PROCEDENCIA: MEXICO, FABRICACION NACIONAL**

ANEXO 1	INCUBADORA BACTERIOLÓGICA DIGITAL VERTICAL	PZA	1	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
------------	---	-----	---	-----------------	--------------

- 7
- 1) Incubadora Bacteriológica digital vertical (Cat. Pag.1)
- 2) Con dimensiones exteriores de 73 x 64 x 98 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto: dimensiones interiores de 61 x 48 x 48 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto: Volumen de la cámara de 140 litros Según Junta de Aclaraciones Respuesta 61 se solicita cámara mas grande con capacidad mayor a 100 L (Cat. Pag.2)
- 3) Incluye: Con cuatro entrepaños y tres charolas de acero inoxidable ajustables. (Cat. Pag.1)
- 4) Rango de temperatura de 5° C a 100 grados centígrados. (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)
- 5) Voltaje eléctrico: 120 V. C. A. 50/60 Hz. (Cat. Pag.2)
- MARCA: TERLAB**
- MODELO: TE - E - 61 D**
- PROCEDENCIA: MEXICO, FABRICACION NACIONAL**

ANEXO 1	CAMARAS DE REFRIGERACION	PZA	2	\$ 314,980.00	\$ 629,960.00
------------	---------------------------------	-----	---	------------------	---------------

10

- 1) Cámaras de refrigeración con paneles desarmables galvatherm de ternium de 2.0? **Se ofertar panel prefabricado desarmable de 1.00 mt de ancho fabricado en línea continua de 2.0" de espesor calibre 26/26 con núcleo de poliuretano Según Junta de Aclaraciones Respuesta 74, (Cat. KURO, Pág. 2) de espesor de 2.0". Según Junta de Aclaraciones Respuesta 73 y 75, (Cat. KURO, Pág. 2)**
- 2) a base de poliuretano inyectado auto extingüible **se oferta los certificados para comprobar el auto extingüible del poliuretano Según Junta de Aclaraciones Respuesta 76, (Cat. KURO, Pág. 2),**
- 3) con una densidad media de 40 Kg/m³ **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 77, (Cat. KURO, Pág. 2)**
- 4) y acabo en lamina pintor blanca poliéster estándar, en muros, plafón y sin aislamiento en piso, **(Cat. KURO, Pág. 2)**
- 5) se oferta con 10 años de garantía **(Cat. KURO, Pág. 8)**
- 6) para temperatura de 2° C, **(Cat. KURO, Pág. 2)**
- 7) con las siguientes dimensiones exteriores: largo: 4.00 m. ancho: 2.40 m. alto: 2.30 m (altura recomendada por dimensiones de evaporador) **Se oferta de acuerdo a la Visita técnica realizada el día 8 de Mayo de 2013 al Laboratorio Estatal de Salud Pública (Nuevo) calle Lazaro Cárdenas s/n, San Diego Metepec, Tlaxcala, y de acuerdo a las medidas del área física designada para alojar la cámara las medidas exteriores de la cámara de refrigeración N°1 es de: 1.86 mts frente x 2.30 mts fondo x 2.30 mts altura (Cat. KURO, Pág. 2) 7.1) y las medidas exteriores de la cámara de refrigeración N°2 es de: 1.91 mts frente x 2.24 mts fondo x 2.30 mts altura) (Cat. KURO, Pág. 2)**
- 8) Incluye: molduras de desplante, zoclo, interiores y exteriores, materiales de sujeción y sellado de uniones, **(Cat. KURO, Pág. 7)**
- 9) Sistema de iluminación a base de una lámpara kason a prueba de vapor incluye. Apagador, cableado, tubería eléctrica y accesorios, **(Cat. KURO, Pág. 6)**
- 10) Puerta de acceso para media temperatura estándar con acabado en acero inoxidable, con marco de 0.90 m x 1.90 mts, de tipo: abatible con una mirilla de 0.30 x 0.30 mts. Incluye herrajes, accesorios y un año de garantía, **(Cat. KURO, Pág. 3)**
- 11) suministro e Instalación de cortina vinílica tipo hawaiana de 0.90 x 1.90 m para cámara de refrigeración a base de tiras de 0.30 m de ancho y 3 mm de espesor para temperaturas hasta -18°C. **(Cat. KURO, Pág. 3)**

12) Unidad condensadora para media temperatura hermética marca Bohn modelo sjh-0101-m2c con (2,275 kcal/hr a -3.9° c.t.s.s.) de 1 hp con compresor copeland para refrigeración con refrigerante R-22 **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 42, se acepta y se oferta la utilización de gas refrigerante R404a ecológico, modelo: SJH-0101-M6C** tipo hermético de alto rendimiento y bajo nivel de ruido, 2 motores del ventilador de alta eficiencia, serpentín del condensador de tubos de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia de rechazo de calor con recubrimiento contra la corrosión ambiental tipo gold de bhon, guarda ventilador, base metálica resistente galvanizada, protección en cableado eléctrico, caja de conexiones eléctricas, calefactor de cárter, con acabado en pintura anticorrosiva color beige brillante, tanque recibidor vertical con válvula de salida, control de alta presión encapsulado de restablecimiento automático, control de baja presión de ajuste manual a 220v/3f/60hz con un año de garantía **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 68, se solicita que la cámara de refrigeración tenga dos unidades condensadoras, es decir un sistema principal y un sistema de respaldo para garantizar que en caso de falla entre el segundo equipo y garantizar que siempre habrá sistema de refrigeración) En nuestra propuesta se incluye dos unidades condensadoras, sistema principal y sistema de respaldo, (Cat. KURO, Pág. 6)**

13) Evaporador marca Bohn modelo adt-090-aks (2,267 kcal/h a -4°C t.s.s.) para media temperatura, con ventillas en forma de baffle direccionales con un año de garantía, **En nuestra propuesta se incluye dos evaporadores, sistema principal y sistema de respaldo, (Cat. KURO, Pág. 6)**

14) Suministro e instalación de curva sanitaria de PVC para cámara de refrigeración, que consta de: ex. 14 esquineros con labios flexibles, ex. 28 perfiles de sujeción para ex. 40, inj. 59 junta interior tres direcciones para esquinero. (propósito eliminar aristas entre las uniones techo-muros y uniones muro-muro, se recomienda usarse para cuestiones sanitarias en la industria farmacéutica y hospital en razón de el requerimiento sanitario de los materiales que se almacenan, suministro e instalación de curva sanitaria de PVC en piso para cámara de refrigeración que consta de: ex 15 zoclo con labios flexibles, inj 31 junta interior dos direcciones para ex. 15 inj. 91 capucha para junta interior inj. 88 junta exterior dos direcciones. Inj 21 tapa final para zoclo, (propósito eliminar aristas entre las uniones techo-muros y uniones muro-muro, se recomienda usarse por cuestiones sanitarias de la industria farmacéutica y hospitales en razón de el requerimiento sanitario de los materiales que se almacenan **En nuestra propuesta se incluye curva sanitaria color blanco en todo el interior de la cámara; piso-muro, muro-muro, muro-techo (Cat. KURO, Pág. 7)**

15) Suministro e instalación de carcasa protectora para unidad condensadora modelo sjh-0101-m2c suministro e instalación de base de soporte para unidad condensadora modelo: sjh-0101-m2c, unidad condensadora de cámara de refrigeración a base de ptr 1.5" x 1.5", soldadura y tornillería, montado en obra, incluye; una mano de pintura anticorrosiva y todos los materiales para su correcta intalación **(Cat. KURO, Pág. 6, Pág. 7 y Pág.8)**

16) Tablero de control electrónico, que incluye; sensor para controlar la temperatura requerida, guardamotor, tablilla de conexiones, cableado, pastillas termo magnéticas para iluminación controlador **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 69, se acepto y se oferta que el panel de control contenga 2 controles digitales, alarmas por variación de temperatura y falla eléctrica, thermo - graficador circular 7 días/ 365 días con un rango de -30°C a +10°C) y resistencia de puerta y gabinete con seis meses de garantía (Cat. KURO, Pág. 4, Pág.3. Pág. 5)**

17) Lote de tubería mecánica, eléctrica e hidráulica hasta 12 metros de distancia, incluyendo tubos de cobre tipo "I", válvula selenoide, válvula de expansión, filtro deshidratador, refrigerante r-22 **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 42, se acepta y se oferta la utilización de gas refrigerante R404a ecológico, armaflex para insular tubería de baja presión, cinta virginia, accesorios, tubería conduit pared delgada, condulet, caja registro, tubo licuatite con sus conectores, soportería para tubería de refrigeración y eléctrica, tubería y conectores PVC para dren, casetas de neopreno para neutralizar vibración. (Cat. KURO, Pág. 6 y Pág.7)**

18) En unidad condensadora, carga de oxígeno y acetileno, soldadura, fundente y todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra por la instalación de la cámara, puerta de acceso, equipo de refrigeración, tubería, ajuste, calibración y guardia **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 44, Se refiere a la guarda del ventilador de la unidad compresora) con seis meses de garantía (Incluye. Instalación, puesta en marcha, capacitación pruebas de buen funcionamiento y garantía) (Cat. KURO, Pág. 3, Pág. 6 y Pág.8)**

MARCA: KURO

MODELO: DISEÑO ESPECIAL CRB - 2X2X2

PROCEDENCIA: FABRICACION NACIONAL

MARCA: IKA

MODELO: MS 3 basic

PROCEDENCIA: ALEMANIA

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 MN

	\$
SUB TOTAL	748,960.00
I. V. A.	\$
	119,833.60
TOTAL	\$
	868,793.60

ANEXO 2:

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	S/C	<p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CAPACIDAD 20"X 20 X 36" (CAMARA)</p> <p>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:</p> <p>1. EQUIPO FIJO PARA ESTERILIZAR OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR A PRESION EN FORMA MANUAL Y AUTOMATICA. CAT. PAG. 2</p> <p>2. EQUIPO PARA ESTERILIZAR LOS DISPOSITIVOS MEDICOS POR EJEJMPLO INSTRUMENTOS QUIRURGICOS UTILIZANDO VAPOR DE AGUA. CAT. PAG. 2</p> <p>3. CAPACIDAD DE CAMARA 249 LTS. CAT. PAG. 2</p> <p>4. DIMENSIONES EXTERNAS 1.13 M, ALTO 1.75 M, FONDO 1.16 M, CAT. PAG. 2</p> <p>5. TEMPERATURA DE ESTERILIZACION DE 121 Y 134° C. CAT. PAG. 2</p> <p>6. ESTERILIZADOR AUTOMATICO CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR, CAT. PAG. 2</p> <p>7. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA DURANTE EL PEDIODO DE ESTERILIZACION. CAT. PAG. 2</p> <p>8. SISTEMA DE DETECCION DE FALLAS Y DIAGNOSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR. CAT. PAG. 2</p> <p>9. PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE VARIABLES (TIMPO, PRESION, TEMP.) DURANTE EL PROCESO. CAT. PAG. 2</p> <p>10. IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMERICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y MENSAJES DE ERROR. CAT. PAG. 2</p> <p>11. PROGRAMAS PARA INSTRUMENTAL SUELTO ENVUELTO-TEXTILES LIQUIDOS CON POSIBILIDAD DE PREVACIO ASI COMO GRAVEDAD. CAT. PAG. 2</p>	PIEZA	3	\$430,650.00	\$ 1,291,950.00

	<p>12. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO, CAT. PAG. 2</p> <p>13. VALVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR,</p> <p>14. GENERADOR DE VAPOR DE MATERIALES QUE NO PRODUZCAN OXIDACION. CAT. PAG. 2</p> <p>15. CAMARA DE ESTERILIZACIÓN Y TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, MUEBLE EXTERIOR Y ENCIMERA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EN LA FABRICACIÓN DEL EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A LA NORMA INTERNACIONAL NSF/ ANSI 51 CAT. PAG. 2</p> <p>16. CUENTA CON SUAVIZADOR DE AGUA CAT. PAG. 2</p> <p>17. EQUIPO CON CARRO INTERNO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE Y CARRO DE ACERO INOXIDABLE CAT. PAG. 2</p> <p>MARCA: STERILE HEALTH</p> <p>MODELO: 20x20x36</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO</p>			
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUB-TOTAL	\$	1,291,950.00
(UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$	206,712.00
		TOTAL	\$	1,498,662.00

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

<u>PARTIDA</u>	<u>CLAVE</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNIDAD DE MEDIDA</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>PRECIO TOTAL</u>
ANEXO 2	2	<p>INCUBADORA DIGITAL CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:</p> <p>1) Incubadora Digital (Cat. Pag.1)</p> <p>2) Para propósito general, (Cat. Pag.1)</p> <p>3) Ofrece mayor uniformidad en la temperatura +/- 0.3 a 37° C, sensibilidad de +/- 0.1° C, estabilidad de +/- 0.2° C, (Cat. Pag.1)</p> <p>4) Este alto nivel de rendimiento se debe a un microprocesador y (Cat. Pag.1)</p> <p>5) Un singular diseño de chaqueta de aire caliente, convección mecánica con motor-ventilador. (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)</p> <p>6) Su construcción en la cámara de triple pared permite una excelente y libre circulación del aire. (Cat. Pag.1)</p>	PZAS	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00

- 7) Rango de temperatura desde ambiente +5° C hasta 100° C, (Cat. Pag.1) y (Cat. Pag.2)
- 8) Uniformidad \pm 0.35 a 37 °C, (Cat. Pag.2)
- 9) Incluye 4 Entrepaños y tres charolas de acero inoxidable ajustables, (Cat. Pag.1)
- 10) Medidas Internas 45 x 45 x 45 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto, **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 63** (Cat. Pag.2)
- 11) Medidas Externas 62 x 64 x 82 cm. W x D x H Ancho x profundo x Alto, **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 63** (Cat. Pag.2)
- 12) Alimentación 120 V, 50/60 Hz (Cat. Pag.2)

MARCA: TERLAB

MODELO: TE - E - 45 DM

PROCEDENCIA: MEXICO, FABRICACION NACIONAL

ANEXO 2

3

PLACA CON CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN PARRILLA DIGITAL CON AGITACIÓN CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:

PZAS

2

\$
5,500.00

\$ 11,000.00

- 1) Placa con calentamiento y agitación parrilla digital
- 2) Para aplicaciones generales de calentamiento y agitación en laboratorios en instituciones educativas,
- 3) Dimensiones plato 26 x 26 cm, (Cat. Pag.1)
- 4) Rango de temperatura 50 a 500 °C, **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 64** (Cat. Pag.1)
- 5) Rango de velocidad (rpm) 100 a 1500, **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 64**, (Cat. Pag.1)
- 6) Alimentación 120 V 50/60 Hz (Cat. Pag.1)
- 7) Superficie de la placa es de acero inoxidable recubierta de cerámica resistente a agentes químicos **Según Junta de Aclaraciones Respuesta 64** Se acepta si la. (Cat. Pag.1)

MARCA: IKA

MODELO: C - MAG HS 10 NUMERO DE CATALOGO 3581401.

PROCEDENCIA: ALEMANIA

ANEXO 2

7

AGITADOR TIPO VORTEX CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:

PZA

1

\$
5,200.00

\$ 5,200.00

- 1) Agitador tipo vortex pequeño compacto y universal **Catalogo Hoja 1**
- 2) Cuenta con un sistema de operación continuo o funcionamiento táctil **Catalogo Hoja 1** que permite iniciar el proceso con tan solo tocar la plataforma de espuma caucho con la que cuenta, **Catalogo Hoja 1 y Catalogo Hoja 2**
- 3) Medida de plataforma de 8.8 (MS 3.3 Aditamento Universal **Catalogo Hoja 3** y MS 1.21 Almohadilla circular incluida **Catalogo Hoja 4**)
- 4) Incluye: (Soporte para 1 tubo MS 3.1 Aditamento Estándar **Catalogo Hoja 2**) y (MS 1.21 Aditamento para una mano **Catalogo Hoja 3** y MS 1.33 Aditamento para tubos de ensayo **Catalogo Hoja 5**)
- 5) Rango de Velocidad 100-3000 rpm variables. **Catalogo Hoja 1**

MARCA: IKA

**SUB
TOTAL**

\$

68,200.00

MODELO: MS 3 basic
 PROCEDENCIA: ALEMANIA

I. V. A. \$ 10,912.00
 TOTAL \$ 79,112.00

Setenta y nueve mil ciento doce pesos 00/100 mn

INFUSOMED SA DE CV

LICITANTE: INFUSOMED, S.A DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5- ANEXO 2	S/C	MICROSCOPIO BIN C/ CABEZAL INCL 45° XSP. Oculares WF10X Objetivos (Acromáticos de 45 mm) 4x, 10x, 40x, 100 x para aceite Factor (x) 40x-1000x Platina Móvil 110 x 125 mm (rango de movimiento X-Y): 30 x 60 mm Diafragma De iris con abertura de 2 a 30 mm Ø y filtro Inclinación de la cabeza 45° Ángulo de rotación 360° Condensador Abbe N.A 1.25 Enfoque Con mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 8mm Iluminación Lámpara halógeno con ajuste de intensidad 20 W ECXSAXSP908B XSP908-B MARCA: ECXSA modelo: XSP-908B	PIEZA	2	28,340.00	56,680.00
						\$ 56,680.00
						\$ 9,068.80
IMPORTE TOTAL CON LETRA (SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)						\$ 65,748.80
				IVA		
				TOTAL		

NOTAS GENERALES: -----

1.- SE LES NOTIFICA QUE **SE CANCELA LA PARTIDA 11 DEL ANEXO 1** DICHO CAMBIO LO REALIZO LA CONTRATANTE, POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO AL PUNTO 16.4 DE LAS BASES.-----

2.-LAS PARTIDAS DE: **ANEXO 1: PARTIDAS: 2, 5, 9, ANEXO 2: PARTIDAS: 4, 6, 8 Y 9** TODA VEZ QUE LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO CUMPLIERON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS O BIEN NO FUERON OFERTADAS POR LOS MISMOS, MOTIVO POR EL CUAL SE DECLARAN DESIERTAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 16.1,16.2 Y 16.7 DE LAS BASES.-----

3.- LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS EN EL PUNTO 1, SE LLEVARA A CABO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO QUE SE DETERMINE POR LA CONVOCANTE,DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL REGLAMENTO EN LA MATERIA-----

4.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR LOS BIENES EN 45 DIAS NATURALES DESPUES A LA EMISION DEL FALLO DE ESTA LICITACION, ASIMISMO GARANTIZAR LOS BIENES POR 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL TAL COMO LO OFERTO EN SU PROPUESTA TECNICA.-----

5.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DIA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERAN COMUNICARSE A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DIAS HABILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELEFONO 246 46 5 06 31 EXT. 3711-----

6.- LOS LICITANTES ACEPTAN QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERAN A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTIA QUE HUBIERE OTORGADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

7.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERAN PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERA POLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO Y CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIERE. DICHA GARANTIA DEBERA SER EstrictAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA UNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTIA MISMA, QUE SE REMITIRA A LA DIRECCION DE TESORERIA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.-----

8.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRAMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERAN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

9.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.07% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MAXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE IVA O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO-LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERA DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **18:20** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRONICA A LOS LICITANTES.-----

REPRESENTANTES

JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS	
LIC. LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA.	

-----FIN DE TEXTO-----