

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-014/2020
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **14:00 HRS.** DEL DÍA **24 DE MARZO DE 2020**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, UBICADA EN AVENIDA REVOLUCIÓN, NÚMERO 30, CUARTO PISO, COLONIA SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA, TLAXCALA. LA **C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES**, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE. LA **C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-014/2020**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

LL DIAMANTE S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	PUNTO 14.7. DE LAS BASES
	PREGUNTA	CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. ¿PODRAN MENCIONAR LOS SUPUESTOS AL ARTICULO 36 DE LA LEY A LA QUE HACEN MENCION?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
2	REFERENCIA	PUNTO 15.1. DE LAS BASES
	PREGUNTA	EL CRITERIO DE ADJUDICACION SERA POR PARTIDA O POR BLOQUE.... ?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
3	REFERENCIA	PUNTO 18.1 DE LAS BASES
	PREGUNTA	PODRA MENCIONAR EL PORCENTAJE DE ANTICIPO EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE LO AUTORIZA?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
4	REFERENCIA	PUNTO 3.11 DE LAS BASES
	PREGUNTA	SE SOLICITA QUE LA FECHA DE LAS FACTURAS ESTEN DENTRO DEL PERIODO ENERO 2018 HASTA LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS.? PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
5	REFERENCIA	PUNTO 3.13 DE LAS BASES
	PREGUNTA	CONFORME A ESTE PUNTO SE PUEDE ENTREGAR ESTADO DE CUENTA COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO (SIN COMPROBANTE DE PAGO). ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
6	REFERENCIA	ANEXO B
	PREGUNTA	NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EN CASO DE NO PONER MODELO, YA QUE EN EL FORMATO DEL ANEXO B, NO SE INCLUYE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
7	REFERENCIA	PUNTO 3.13 Y 4.6.5 DE LAS BASES
	PREGUNTA	LA CORRIDA DE TALLAS ES PARA TODAS LAS PARTIDAS, O EN CASO DE NO SER ASI, PODRA MENCIONAR LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
8	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3 DE LAS BASES
	PREGUNTA	¿EN QUE HORARIO Y DIRECCION ESTARAN DISPONIBLES LAS MUESTRAS FISICAS PARA

		QUE PODAMOS VERIFICARLAS, Y CUAL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO PARA DIRIGIRNOS A EL?
	RESPUESTA	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V.

9	REFERENCIA	4.3.- TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN (QUE SE ENTREGARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO).
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE HAGA PUBLICO EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA QUE LA PROVEEDURÍA PUEDA CONSIDERAR LA LOGÍSTICA DENTRO DE LOS PRECIOS A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	EL CALENDARIO DE ENTREGA DEPENDERÁ DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ES POR ESO QUE NO SE DA A CONOCER ANTES.
10	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA FÍSICA O CATÁLOGO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A OFERTAR ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	DEBERÁ SER MUESTRA FÍSICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA MISMA.
11	REFERENCIA	4.5.5.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE QUE APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

12	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FISICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL DIA Y LA HORA PARA LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS. FAVOR DE ACLARAR
	RESPUESTA	SERÁ EN LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y DEBERÁ PRESENTAR LISTADO DE MUESTRAS QUE COTICE
13	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FISICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA . SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERÁ POR PARTIDA.
14	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FISICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACEPTE MUESTRA REPRESENTATIVA. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
15	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FISICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE LAS MUESTRAS SUPERIORES A \$ 1000.00 SE PUEDA ENTREGAR CATALOGO DE PRODUCTO. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA.
16	REFERENCIA	4.5.4.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE POR CADA PARTIDA QUE COTICE O BIEN PRORROGA DEL 2017 COMPLETA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE REGISTRO SANITARIO O PRORROGA DEL MISMO POR FAMILIA. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERÁ POR PARTIDA.
17	REFERENCIA	23 CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA.

	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE, EN CASO DE TENER ADJUDICACION NOS PERMITA QUE EL ETIQUETADO SEA EN EL EMPAQUE SECUNDARIO, CAJA O PAQUETE. SE ACEPTA?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.

GRUPO AM TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.

18	REFERENCIA	PARTIDA 9, CLAVE 060.040.0352.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL, DESECHABLES ESTÉRILES LONGITUD 9 CM, CALIBRE 21 G ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
19	REFERENCIA	PARTIDA 10, CLAVE 060.040.0378.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL, DESECHABLES ESTÉRILES LONGITUD 9 CM, CALIBRE 23 G ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
20	REFERENCIA	PARTIDA 50, CLAVE 060.088.0868.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:22.5 X 22.5 CM. PIEZA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
21	REFERENCIA	PARTIDA 53, CLAVE 060.088.0892.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: APOSITO HIDROCELULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL SACRO. ESTERIL Y DESECHABLE. 23 X 23 CM. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
22	REFERENCIA	PARTIDA 90, CLAVE 060.165.0872.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 50 CM CALIBRE, 14 FR ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
23	REFERENCIA	PARTIDA 94, CLAVE 060.166.1663.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 50 CM CALIBRE, 20 FR ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

24	REFERENCIA	PARTIDA 100, CLAVE 060.166.4220.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 16G X 50MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
25	REFERENCIA	PARTIDA 101, CLAVE 060.166.4238.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 18G X 32MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
26	REFERENCIA	PARTIDA 102, CLAVE 060.166.4253.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 20G X 32MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
27	REFERENCIA	PARTIDA 103, CLAVE 060.166.4279.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 22G X 35MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
28	REFERENCIA	PARTIDA 104, CLAVE 060.166.4287.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 24G X 20MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
29	REFERENCIA	PARTIDA 105, CLAVE 060.166.5204.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, DE ETILENO TETRAFLUORETILENO FLEXIBLE (ETFE), RADIOPACO, CAL. 14G X 50MM, CON PARED DE CANULA ULTRA DELGADA, FILTRO HIDROFÓBICO Y EMPAQUE INDIVIDUAL RÍGIDO TIPO CAPSULA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
30	REFERENCIA	PARTIDA 112, CLAVE 060.167.3726.

	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CANULAS PARA DRENAJE TORACICO CON MARCA RADIOPACA LONGITUD 50 CM. CALIBRE 28 FR. PIEZA MIN 134 MAX 224 ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
31	REFERENCIA	PARTIDA 123, CLAVE 060.167.8782.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6.6 FR ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
32	REFERENCIA	PARTIDA 399, CLAVE 060.953.3302.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU APROBACIÓN PARA OFERTAR ESTA PARTIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VENDA ELASTICA COMPUESTA DE ALGODON IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC DE 7.5 CM DE ANCHO X 9.1 M DE LARGO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.

ASESORIA Y DISTRIBUCIONES DE REACTIVOS INDUSTRIALES Y PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

33	REFERENCIA	3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES Y 4.- ASPECTOS TECNICOS
	PREGUNTA	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS EN MICAS TRANSPARENTES YA QUE ESTO PERMITE LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO Y NO TENER QUE PERFORARLO AL COLOCARLO EN EL RECOPIADOR, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS NOTAS GENERALES DE ESTA JUNTA.
34	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS GENTILMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA ENTREGA DE MUESTRAS, CONSIDERANDO QUE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAMOS SON DE MARCAS LÍDERES RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL.
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.
35	REFERENCIA	PUNTO 4.5.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE QUE APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA DE DISTRIBUIDORES MAYORISTA, RESPALDANDO LA PROPUESTA DE TERCERAS PERSONAS, GARANTIZANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIERAN EN ESTE EVENTO
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA DEL SUR, S.A. DE C.V.

36	REFERENCIA	PUNTO 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CUANDO SE REFIERE A QUE LOS DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN SER IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADA Y EN LA ÚLTIMA HOJA TENER IMPRESO

		NOMBRE Y PUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, ¿SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ANEXO B, YA QUE REGISTROS SANITARIOS, CARTAS DE APOYO Y OPINIÓN POSITIVA DEL SAT, BASTARÁ CON PRESENTARSE CON SELLO, FOLIO Y FIRMA EN CADA HOJA, DADA LA NATURALEZA DE LOS MISMOS? FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
37	REFERENCIA	PUNTO 3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE SE PRESENTARÁN EN EL SOBRE 1 (SOBRE DE ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS), SE PODRÁN PRESENTAR EN PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS Y PARA CUIDAR SU INTEGRIDAD EN EL FOLDER. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS NOTAS GENERALES DE ESTA JUNTA.
38	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4 REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, IDENTIFICANDO CLARAMENTE A QUE PARTIDAS Y CLAVES PERTENECE, YA QUE AL SOLICITARSE 2 CARPETAS DE PROPUESTA TÉCNICA (ORIGINAL Y COPIA), SE IMPRIMIRÍA GRAN VOLUMEN DE PAPELES. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	DEBERÁ SER POR PARTIDA.
39	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4 REGISTRO SANITARIO
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, AL REFERIRSE A PRESENTAR PRÓRROGA 2017 COMPLETA, SE PODRÁ PRESENTAR TRÁMITE DE PRÓRROGA CON FECHA 2017 O POSTERIOR, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO, EL TRÁMITE DEBERÁ SER 2017 O MAS RECIENTE.
40	REFERENCIA	PUNTO 4.1.3.- PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ANEXO B EN FORMATO WORD EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO CD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
41	REFERENCIA	PUNTO 4.5.2.- PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE LOS PRODUCTOS, A FIN DE EVITAR PRESENTAR GRANDES VOLÚMENES DE MUESTRAS, Y CONSIDERANDO QUE PRESENTANDO UNA MUESTRA REPRESENTATIVA ES SUFICIENTE PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
42	REFERENCIA	PUNTO 4.5.2.- MUESTRAS FÍSICAS
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 12.
43	REFERENCIA	PUNTO 4.6.10 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, YA QUE SOLICITA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTE DE ACUERDO AL ORDEN SEÑALADO Y ORGANIZADO CON SEPARADORES, DE QUE MANERA SE INTEGRARÁ EL PUNTO 4.5.2 DE MUESTRAS FÍSICAS? YA QUE AL SER PRODUCTO NO PUEDE INTEGRARSE. FAVOR DE ACLARAR SI SE INTEGRARÁ ALGÚN FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS O SE DEJARÁ VACÍO EN LA CARPETA.
	RESPUESTA	SE DEBERÁ INTEGRAR UN LISTADO PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS A PARTE EN ORIGINAL Y COPIA
44	REFERENCIA	PUNTO 4.6.10 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA EN RECOPIADORES BLANCOS DE 3

		ARGOLLAS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
45	REFERENCIA	4.5.7 CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.5.7 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA ES EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE QUE OTORGA EL APOYO AL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	EL FORMATO ES LIBRE Y FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 35 DE ESTA JUNTA.
46	REFERENCIA	4.5.7 CARTA DE APOYO
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PODER PRESENTAR PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 35 DE ESTA JUNTA.
47	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CUANTAS ENTREGAS SE REALIZARÍAN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, Y QUE FECHAS TENTATIVAS TENDRÍAN LAS MISMAS? FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	SERÁN DOS ENTREGAS, LA PRIMERA DEL 40% Y LA SEGUNDA DEL 60%, PARTIDAS MENORES A 500 PIEZAS SE ENTREGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICION
48	REFERENCIA	5.2.2. REQUISITOS ECONÓMICOS
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE NO CONTAR CON EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL OFICIO SOLICITADO EN EL PUNTO 5.2.2. NO APLICA A MI REPRESENTADA Y BASTARÁ CON SOLO PRESENTAR EL OFICIO SOLICITADO EN EL PUNTO 5.2.3. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LA ESTABLECIDO EN BASES.
49	REFERENCIA	5.2.2. REQUISITOS ECONÓMICOS
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ANEXO C EN VERSIÓN EXCEL O WORD, EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO CD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C V.

50	REFERENCIA	NUMERAL BASES 2.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN?
	RESPUESTA	SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CHINOS MALAYOS PAKISTANIES .
51	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE PARA LA PRIMERA ENTREGA SE OTORQUE POR LO MENOS UN PERIODO DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
52	REFERENCIA	NUMERAL BASES 3 PUNTOS DEL 3.1 AL 3.14
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS EN MICAS TRANSPARENTES YA QUE ESTO PERMITE LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO Y NO TENER QUE PERFORARLO AL COLOCARLO EN EL RECOPIADOR, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS NOTAS GENERALES DE ESTA JUNTA.
53	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, EVITANDO ASÍ DESPERDICIO DE PAPEL, SE ACEPTA?

	RESPUESTA	SERÁ POR PARTIDA.
54	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACEPTEN ENTREGA DE MUESTRA POR FAMILIA, CONSIDERANDO QUE LA ÚNICA DIFERENCIA ENTRE ELLAS SERÁ LA MEDIDA, PRESENTACIÓN, ETC., SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERA POR PARTIDA.
55	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE SE ACEPTARÁ COMO MUESTRA LA ENTREGA DE UNA SOLA PIEZA REPRESENTATIVA DE LA PARTIDA QUE CORRESPONDA, SIN SER NECESARIO SUJETARSE A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE VENGA EN EL ANEXO 1, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
56	REFERENCIA	NUMERAL BASES 5.1.1 SEGUNDO PÁRRAFO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACEPTEN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EXPRESADA EN FORMA IMPRESA EN CARPETA DE 3 ARGOLLAS EN LUGAR DE RECOPIADORES, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RETRICTIVO.
57	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.1.3 Y 5.1.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACLAREN QUE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN USB, SOLO SERÁ EN LA CARPETA DE ORIGINALES, EVITANDO QUE SE TENGAN QUE ENTREGA 2 USB PARA CADA PROPUESTA, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
58	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS EXCLUSIVAMENTE CUYO VALOR DE LA MUESTRA SEA SUPERIOR A \$1,000.00, ACEPTE ENTREGAR CATALOGO Y/O FOLLETO CON IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO EN LUGAR DE MUESTRA FÍSICA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA.
59	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.3 Y ANEXO 1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE LAS CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1 SEAN IGUALES O MENORES A 50, SERÁ SUFICIENTE LA ENTREGA DE CATÁLOGO O FOLLETO IMPRESO A BLANCO Y NEGRO, EVITANDO ASÍ LA ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA Y QUE ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PARTIDA, SE ACEPTA? EN CASO NEGATIVO, PODRÁN INDICAR A PARTIR DE QUE CANTIDAD LÍMITE QUE SOLICITAN DE CADA PARTIDA DEL ANEXO 1, PODRÁ OMITIRSE ÉSTA Y PRESENTAR IMPRESIÓN DE CATÁLOGO O FOLLETO, EN LUGAR DE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
60	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.5.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO, SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUIEN NORMALMENTE ES EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO YA QUE POR LO GENERAL EL FABRICANTE NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN MÉXICO, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 11 DE ESTA JUNTA.
61	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SIRVA ENTREGAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1, EN CASO CONTRARIO SERÁ POSIBLE QUE NOS INFORMEN DE MENOS EL NÚMERO Y FECHAS DE LAS ENTREGAS QUE SE DEBERÁN EFECTUAR?
	RESPUESTA	LAS ENTREGAS DEPENDERÁN DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, Y SOLO SERÁN DOS ENTREGAS COMO SE EXPONE EN LA PREGUNTA 47.
62	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 32
	PREGUNTA	EN LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO DICE QUE EL PRODUCTO PUEDE SER ENVASADO DE 250ML A 5 LT, Y PARA QUE EXISTA UNA VERDADERA COMPARATIVA DE PRECIOS SOLICITAMOS QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PARA ESTA PARTIDA COTICEMOS EL ENVASE DE 5 LT., SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERÁ DE 250 ML.

63	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 91,92, 93, 119, 120, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACLAREN SI ESTOS PRODUCTOS PODRÁN SER ACEPTADOS DE FABRICACIÓN HECHOS EN CHINA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
64	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 231 Y 232
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACLAREN SI ESTOS PRODUCTOS SE ACEPTARÁN DE FABRICACIÓN HECHOS EN CHINA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
65	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 164
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ACEPTEN QUE EL KIT SOLO TENGA UNA SOLA BOLSA DE 3 LT, PARA EVITAR ENCARECER EL PRODUCTO, PUES SOLO SE OCUPA UNA DE ELLAS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.
66	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 325
	PREGUNTA	SOLICITAMOS CONFIRMEN QUE LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN PARA ESTE SISTEMA ES DE 2ML/HR, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	PUEDEN SER UNA OPCIÓN.
67	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.1.1. SEGUNDO PÁRRAFO Y/O NUMERAL 4.6.2. INCISO D)
	PREGUNTA	AL HABLAR DE FOLIO EN LA PROPUESTA TÉCNICA, ES SUFICIENTE HACER LA NUMERACIÓN DE TODAS LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA? COMO EJEMPLO SERÍA INICIAR: 1,2,3 Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA LA ÚLTIMA HOJA, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
68	REFERENCIA	NUMERAL BASES 4.5.6.
	PREGUNTA	PARA PERSONAS MORALES PIDEN SE PRESENTE: COPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL PODER NOTARIAL, COPIA DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN R.F.C., COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA; ES NECESARIO VOLVER A PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL SOBRE 1? PODRÁ TOMARSE EN CUENTA LA DOCUMENTACIÓN YA ENTREGADA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
69	REFERENCIA	NUMERAL BASES 25.5. SEGUNDO PÁRRAFO
	PREGUNTA	EN BASE AL CÁLCULO DE SANCIÓN POR ENTREGA POSTERIOR A LA(S) FECHA(S) DE ENTREGA(S), INFORMAN QUE ÉSTA SERÁ DEL 0.7% POR CADA DÍA DE RETRASO Y HASTA 5 DÍAS, LO QUE NOS DÁ UNA SANCIÓN DEL 3.5% HASTA EL 5º DÍA, A PARTIR DEL 6º.DÍA QUE PORCENTAJE DE SANCIÓN APLICARÁ? YA QUE EL TEXTO SOLO INDICA QUE SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE RETRASO PERO NO INFORMA EL PORCENTAJE
	RESPUESTA	A PARTIR DEL 6º DÍA SERÁ DEL 10%.
70	REFERENCIA	NUMERAL BASES 25.5. SEGUNDO PÁRRAFO
	PREGUNTA	AL HABLAR QUE LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR PARA LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS PRODUCTOS, SE DEBERÁ EFECTUAR POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON SOLICITUD DE EFECTUAR ENTREGA POSTERIOR A LA FECHA LÍMITE, EXCLUSIVAMENTE A LA CONTRATANTE? Ó DEBERÁ NOTIFICAR TAMBIÉN A LA CONVOCANTE? Y EN QUÉ TIEMPO SE COMPROMETE LA CONTRATANTE A DAR RESPUESTA SI SE OFRECE EL TIEMPO SOLICITADO PARA FINIQUITAR DICHA ENTREGA?
	RESPUESTA	DEBERÁ SER A LA CONTRATANTE Y DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD DEL INSUMO SE DARÁ RESPUESTA A LA PETICIÓN DE PRORROGA.
71	REFERENCIA	NUMERAL BASES 23.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONTRATANTE ACLARE QUE EL ETIQUETADO INDIVIDUAL AL QUE SE REFIERE EN ESTE PUNTO ES AL FACTOR DE EMPAQUE QUE TENGA EL BIEN A ENTREGAR Y QUE CORRESPONDE AL FACTOR DE EMPAQUE SECUNDARIO DEL FABRICANTE Y NO A LA UNIDAD DE MEDIDA PUBLICADA EN EL ANEXO 1, COMO EJEMPLO ME APOYO DE LA PARTIDA NO. 101, DONDE SOLICITAN 47,919 PIEZAS, CUANDO DICHO PRODUCTO VIENE EMPACADO, DE FÁBRICA, EN CAJAS DE 50 PIEZAS (EMPAQUE SECUNDARIO). HACIENDO HINCAPIÉ QUE EL PRODUCTO ES TAN PEQUEÑO QUE NO

		SERÍA POSIBLE ETIQUETARLO EN FORMA INDIVIDUAL POR PIEZA. ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
72	REFERENCIA	NUMERAL BASES 23.1
	PREGUNTA	EN CASO DE NO SER ACEPTADO EL PUNTO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LOS PRODUCTOS CON UNIDAD DE MEDIDA PIEZA DEL ANEXO 1, QUE TUVIERAN QUE SER EXTRAÍDOS DE SU EMPAQUE SECUNDARIO PARA EL ETIQUETADO POR PIEZA, SERÁN VULNERABLES A MANIPULACIÓN Y CONTAMINACIÓN AL HACER DICHA LABOR. ADICIONALMENTE ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS FABRICANTES NOS IMPIDEN MANIPULAR O ALTERAR LOS EMPAQUES PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS PRODUCTOS POR LA INTEGRIDAD Y LA ESTERILIDAD DE ÉSTOS. SOLICITANDO EN CASO DE ACEPTAR SE LLEVE A CABO EL ETIQUETADO DE ESTA FORMA, SE DÉ LA INFORMACIÓN AL ALMACÉN GENERAL PARA QUE TOME EN CUENTA ESTE CRITERIO Y NO NOS OBLIGUE A ETIQUETAR SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA DEL ANEXO1, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	N/A.

HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.

73	REFERENCIA	1.7.- CONVOCATORIA: LA PUBLICACIÓN LEGAL HECHA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE CONTIENE A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE MUCHOS DE LOS INSUMOS LICITADOS NO SE FABRICAN EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 50.
74	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	POR PARTIDA.
75	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE FECHA Y LUGAR DONDE SE PRESENTARAN LAS MUESTRAS.
	RESPUESTA	SERÁ EN LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.
76	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE LAS PARTIDAS CON CANTIDAD, MENOS A 100 PIEZAS REQUERIDAS, PRESENTAR SOLAMENTE FICHA TÉCNICA O CATALOGO DE LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 59.
77	REFERENCIA	4.5.4.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE POR CADA PARTIDA QUE COTICE O BIEN PRORROGA 2017 COMPLETA.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SERÁ POR PARTIDA.
78	REFERENCIA	4.5.5.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE QUE APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O MAYORISTA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 11 Y 35 DE ESTA JUNTA.
79	REFERENCIA	4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA:
	PREGUNTA	CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SU DISTRIBUCIÓN; SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE SOLICITE A LOS LICITANTES ANEXAR A LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA CERTIFICACIÓN ISO: 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SIENDO ESTA, MATERIA DE EVALUACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

LAMO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

80	REFERENCIA	3.11.- COPIA DE 3 FACTURAS
	PREGUNTA	EN ESTE PUNTO SE ESTABLECE PRESENTAR COPIA DE 3 FACTURAS EMITIDAS POR EL LICITANTE A FAVOR DE TRES DIFERENTES CLIENTES, A LOS QUE SE LES HAYA VENDIDO/PRESTADO BIENES/SERVICIOS IGUALES A LOS LICITADOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE ENERO DE 2018 A ENERO DE 2019 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PERIODO DE LAS FACTURAS SOLICITADAS A ENERO O FEBRERO DE 2020, YA QUE AL SOLICITARLAS AL MES DE ENERO 2019 SE DEJA UN PERIODO DE MÁS DE UN AÑO SIN COMPROBAR LA VENTA DE BIENES SOLICITADOS EN ESTA LICITACIÓN Y ESTO LIMITARÍA LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
81	REFERENCIA	4.5.5.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE
	PREGUNTA	REQUIEREN CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE QUE APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO POR PARTE DE LA EMPRESA QUE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 35 DE ESTA JUNTA.

SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD, S.A DE C.V.

82	REFERENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-014/2020
	PREGUNTA	SIENDO UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 50.
83	REFERENCIA	PRIMER SOBRE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA EN LINEA SE TOMARA COMO ORIGINAL (PAGO PROVISIONAL ,DECLARACIÓN ANUAL, RECIBO OFICIAL DE PAGO DE BASES, OPINION DE CUMPLIMIENTO)
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
84	REFERENCIA	3.8 DECLARACIÓN PROVISIONAL COMPLETA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA ESTE PUNTO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PRESENTARA RECIBO EMITIDO POR EL BANCO, ACUSE Y LINEA DE CAPTURA CUANDO EL PAGO HAYA SIDO GENERADO EN LINEA
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
85	REFERENCIA	3.9 DECLARACIÓN ANUAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA ESTE PUNTO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PRESENTARA RECIBO EMITIDO POR EL BANCO, ACUSE Y LINEA DE CAPTURA CUANDO EL PAGO HAYA SIDO GENERADO EN LINEA
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
86	REFERENCIA	3.11 FACTURAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE NO REQUIERE FACTURAS ORIGINALES Y BASTARA CON PRESENTAR COPIAS DE LO SOLICITADO
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

87	REFERENCIA	4.5 3 MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL DIA Y EL HORARIO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS.
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 75.
88	REFERENCIA	4.5 3 MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CATALOGO PARA LAS PARTIDAS QUE SU COSTO ES SUPERIOR A LOS \$ 1000.00
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.
89	REFERENCIA	4.5 3 MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
90	REFERENCIA	PARTIDA 123
	PREGUNTA	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 5 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUERTO DE POLICARBONATO M.R.I. ULTRA SLIMPORT, PUNTA ABIERTA, CATÉTER DE CHRONOFLEX, UN LUMEN, ATACHABLE, 6 FR., PERFIL ULTRA BAJO, LONGITUD 75CM. D.I. 1.3MM CHAROLA INTERMEDIA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.

COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.

91	REFERENCIA	PUNTO 2.3 ESTA LICITACION ES: NACIONAL Y PRESENCIAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 50.
92	REFERENCIA	PUNTO 4.3, TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LAS ENTREGAS SERÁN DE ACUERDO A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE PREVER ENTREGAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA, ASÍ COMO LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ENTREGA, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE EVITAR CONTRATIEMPOS CON LOS FABRICANTES.
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 47.
93	REFERENCIA	PUNTO 4.5.3. MUESTRA FÍSICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁ COMO MUESTRA, LA ENTREGA DE UNA PIEZA REPRESENTATIVA DE LA PARTIDA QUE CORRESPONDA, SIN SER NECESARIO SUJETARSE A LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN EL ANEXO 1. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
94	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4. REGISTROS SANITARIOS
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE ALGUN REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VENCIDO, ME PERMITA PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y SU RESPECTIVA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE PRORROGA COMPLETA PRESENTADO ANTE COFEPRIS.

		¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	LA PRORROGA SERA AL MENOS 2017 Y COMPLETA.
95	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4. REGISTROS SANITARIOS
	PREGUNTA	DE ACUERDO AL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SEÑALA QUE LA PRORROGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS CUENTAN CON UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS; POR LO QUE SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PRORROGAS VIGENTES DE REGISTROS SANITARIOS. LO ANTERIOR, A FIN DE NO VIOLENTAR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 72 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. ¿SE ACEPTA? EN CASO NEGATIVO, FAVOR DE FUNDAR Y MOTIVAR DICHA NEGATIVA, CONFORME A LA LEY, REGLAMENTO O NORMA OFICIAL MEXICANA.
	RESPUESTA	LOS REGISTROS SANITARIOS DEBERAN ESTAR VIGENTES O BIEN CON SOLICITUD DE PRORROGA 2017.
96	REFERENCIA	PUNTO 10.2. INCISO B)
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN ESTE PUNTO REFIEREN A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL Y EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO: FDA, CE Y LA COFEPRIS (COMISION FEDERAL DE PROTECCION CONTRA REGISTROS SANITARIOS)
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
97	REFERENCIA	ANEXO B "PROPUESTA TECNICA" Y ANEXO C "PROPUESTA ECONOMICA"
	PREGUNTA	PARA UN MEJOR CONTROL, MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS, SOLICITAMOS NOS PERMITA ANEXAR EN AMBOS FORMATOS ENTRE LAS COLUMNAS "PARTIDA" Y "DESCRIPCIÓN", UNA COLUMNA PARA INDICAR LA CLAVE DE CADA PARTIDA INCLUIDA EN EL ANEXO 1, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
98	REFERENCIA	ANEXO H
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE ES DE CARÁCTER OPCIONAL PRESENTAR REQUISITADO EL ANEXO H, MISMO QUE DEBERÁ A CRITERIO DEL LICITANTE COLOCARSE DENTRO DEL SOBRE 1 "DOCUMENTACIÓN LEGAL". ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
99	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 27, 060.066.0880 SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO, ENV. CON 6 FRASCOS
	PREGUNTA	¿ES NECESARIO DEMOSTRAR CON ESTUDIOS LA ESTERILIDAD MENOR A UNA HORA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
100	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 27, 060.066.0880 SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO, ENV. CON 6 FRASCOS
	PREGUNTA	¿SE DEBE PRESENTAR ESTUDIO QUE CERTIFIQUE QUE LA CONCENTRACION DE VAPORES DE LA SOLUCION SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA NORMA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

101	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 34, 060.066.1052 ANTISÉPTICOS SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, ENVASE CON 3 ML
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ANTISÉPTICOS SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. SIN TINTE, ENVASE CON 5.2 ML. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
102	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 35, 060.066.1060 SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 %, DE 26 ML., ENVASE CON 26 ML.
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 %, DE 35 ML., ENVASE CON 35 ML. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
103	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 50, 060.088.0868 APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:22.0 X 22.0 CM. PIEZA., PIEZA
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, Y PARA ASEGURAR LA MENOR CANTIDAD DE PROBABILIDADES DE INFECCIÓN DURANTE LA CIRUGÍA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 21.0 X 21.0 CM. PIEZA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
104	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 83, 060.155.0304 CAMPO QUIRURGICO SIN IODOPOVIDONA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y DESECHABLE MEDIDAS 60 X 35 CMS, ENVASE CON 10 PZAS
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, Y PARA ASEGURAR LA MENOR CANTIDAD DE PROBABILIDADES DE INFECCIÓN DURANTE LA CIRUGÍA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CAMPO QUIRURGICO CON IODOPOVIDONA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y DESECHABLE MEDIDAS 56 X 45 CMS, ENVASE CON 10 PZAS ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE SIN IODOPOVIDONA.
105	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 231, 060.345.3135 SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE., PZA 1 PZA
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCION CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL CON PUERTO PARA MDI Y DE IRRIGACION ADULTO DE 14 FR X 54 CM DE LARGO, PIEZA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.

106	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 232, 060.345.3143 SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE.
	PREGUNTA	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCION CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL CON PUERTO PARA MDI Y DE IRRIGACION ADULTO DE 16 FR X 54 CM DE LARGO, PIEZA. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA.

INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES, S.A. DE C.V.

107	REFERENCIA	ASPECTO TECNICO 4.3 Y 4.6.5
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PROPORCIONARNOS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE CONTRATO, Y CUÁNTAS ENTREGAS SE REALIZARÍAN PARA EL MISMO. GRACIAS.
	RESPUESTA	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y REFERIRSE A LA PREGUNTA 47.

PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.

108	REFERENCIA	PORTADA: DICE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO MI REPRESENTADA PUEDE OFERTAR BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL. ¿FAVOR DE ACLARAR?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 50.
109	REFERENCIA	NUMERAL 2.4.9 DICE: TODAS LAS PROPUESTAS, DOCUMENTOS, FICHAS, ETC., DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, O CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE REFERENCIAR EN TEXTOS EN IDIOMA INGLÉS, SE NOS PERMITA ENTREGAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEL TEXTO REFERENCIADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
110	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.3 DICE: PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA QUE COTICE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE FECHA, LUGAR Y

		PARTIDAS EN LAS CUALES SE DEBE DE ENTREGAR MUESTRA FÍSICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?
	RESPUESTA	REFERIRSE A LA PREGUNTA 12.

NOTAS GENERALES.

1.- MEDIANTE OFICIO RM/281/03/2020, RECIBIDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020, LA CONTRATANTE ENVÍA MODIFICACIONES AL ANEXO UNO DE LAS BASES. QUEDANDO DE LS SIGUIENTE MANERA:

PTDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	U MED	CANT.
1	060.004.0109	ABATELenguas DE MADERA, DESECHABLES. LARGO. 142.0 MM. ANCHO. 18.0 MM.	ENV 500 PZA	861
2	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO	ENV. CON 250 ML	54
3	060.016.0204	ACEITES LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. ENVASE CON APLICADOR.	ENV DE 120 ML	66
4	060.016.0261	ACEITES HIDROSOLUBLES. PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL. QUIRURGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACION. ENVASE CON 240 ML A 4 LITROS.	ENV 1 ENV	126
5	060.031.0031	ADHESIVO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL O N-BUTIL CIANOACRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR. CONTENIENDO: 0.50 A 0.75 ML. ESTÉRIL.	PIEZA	3
6	060.031.0056	ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE.	FRASCO DE 6 GRS	150
7	060.032.0014	PLANTILLA PARA ESTIRAR INJERTOS (MALLAR) 3 X 1 CM.	ENVASE CON 20 PIEZAS.	3
8	060.034.0103	ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 AL 3.5 %. ENVASE CON 480 ML.	ENV 480 ML.	2532
9	060.040.0352	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL, DESECHABLES ESTÉRILES LONGITUD 7.5 A 8.8 CM, CALIBRE 21 G	PIEZA	75
10	060.040.0378	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL, DESECHABLES ESTÉRILES LONGITUD 7.5 A 8.8 CM, CALIBRE 23 G	PIEZA	564
11	060.040.0790	AGUJAS PARA BIOPSIA DE HUESO. REESTERILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI. LONGITUD. 10 CM CALIBRE. 11 G.	PZA 1 PZA	3
12	060.040.0865	AGUJA TIPO HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 G LONGITUD 19.1 MM	PIEZA	0
13	060.040.0865	AGUJA TIPO HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 G LONGITUD 19.1 MM	PIEZA	0
14	060.040.0873	AGUJA TIPO HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 G LONGITUD 31.8 MM	PIEZA	90
15	060.040.0873	AGUJA TIPO HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 G LONGITUD 31.8 MM	PIEZA	0
16	060.040.3745	AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, DESECHABLE, CAL. 21 G Y DE LONG 32 MM.	ENV 100 PZA	0
17	060.058.0153	ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO.	ENV 300 GRO	573
18	060.064.0114	AMALGAMA DENTAL POLVO DE ALEACIÓN Y MERCURIO. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LA CONCENTRACIÓN DE LOS COMPONENTES.	ENVASE CON 50 CAPSULAS DE 400 MG	459
19	060.066.0039	ALCOHOL DESNATURALIZADO.	ENV. CON 1 L	0
20	060.066.0039	ALCOHOL DESNATURALIZADO.	ENV. CON 1 L	0
21	060.066.0054	JABON NEUTRO ADICIONADO CON GLICERINA, PASTILLA DE 100 G	PIEZA	7788
22	060.066.0062	JABONES PARA USO PREQUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7).	ENV 3.85 LTO	1353
23	060.066.0500	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES ACIDULADO AL 2%, EN GEL DE SABOR	FRASCO C/480 ML	51
24	060.066.0658	ANTISEPTICOS. IODOPOVIDONA, ESPUMA, CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO.	ENVASE CON 3.5 LT	990
25	060.066.0666	ANTISEPTICOS. IODOPOVIDONA, SOLUCION, CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LITROS.	ENV 3.5 LTO	30
26	060.066.0773	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	ENV 20 LTO	6
27	060.066.0880	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE	ENV. CON 6 FRASCOS	186

		LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.		
28	060.066.0898	ANTISEPTICO LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE YODO POLIVINIL PIRROLIDONA EQUIVALENTE A 1.0% MÍNIMO DE YODO DISPONIBLE, 10% MÍNIMO DE DETERGENTES NO IÓNICOS Y ESTABILIZADORES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO	ENV. CON 4 L	21
29	060.066.0906	ANTISÉPTICOS GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO.	ENVASE CON 500 ML	0
30	060.066.0906	ANTISÉPTICOS GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO.	ENVASE CON 500 ML	0
31	060.066.0914	ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS.	ENVASE CON 4 L.	69
32	060.066.1003	SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA. SOLUCIÓN AL 100%.	ENVASE CON 250 ML	0
33	060.066.1011	ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE CON 500 ML	2115
34	060.066.1052	ANTISÉPTICOS SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%.	ENVASE CON 3 ML	15102
35	060.066.1060	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 %, DE 26 ML.	ENVASE CON 26 ML	9528
36	060.066.1078	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% EN UNA CONCENTRACIÓN DE 22600 PPM, AUTOPOLIMERIZABLE EN UN VEHÍCULO DE RESINA MODIFICADO	CAJA C/100 UNIDOSIS C/200 APLICADORES	354
37	060.066.1094	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO, ESTERIL Y DESECHABLE	ENVASE 1.5 ML	0
38	060.066.1094	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO, ESTERIL Y DESECHABLE	ENVASE 1.5 ML	0
39	060.066.1169	ANTISÉPTICO. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO;ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PHNEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADOCOMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTODE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES ENPIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO.	ENVASE CON 240 ML.	363
40	060.066.1201	ANTISÉPTICO. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO;ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PHNEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADOCOMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTODE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES ENPIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO.	ENVASE CON 5 L.	3
41	060.082.0278	APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES	ENVASE CON DOS O TRES APLICADORES.	20829
42	060.088.0017	APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM.	ENV 50 PZA	1305
43	060.088.0025	APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.	ENV 50 PZA	543
44	060.088.0058	APÓSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 8 CM.	ENV. CON 200 PIEZAS	273
45	060.088.0504	APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.	PZA 1 PZA	834
46	060.088.0678	APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS.	PZA 1 PZA	327

		ESTERIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM		
47	060.088.0702	APÓSITOS EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM 0.5 CM (2 G).	PIEZA	51
48	060.088.0827	APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM.	ENV 12 PZA	141
49	060.088.0835	APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE 40 CM X 20 CM A 40 CM.	ENV 6 PZA	63
50	060.088.0868	APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.	PIEZA	924
51	060.088.0876	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 X 10 CM.	PIEZA	915
52	060.088.0884	APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 15.0 X 15.0 CM.	PIEZA	348
53	060.088.0892	APOSITO HIDROCELULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL SACRO. ESTERIL Y DESECHABLE. 22 X 22.	PIEZA	537
54	060.088.0900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO EN FORMA ANATOMICA DE TALON. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA MIN 2432 MAX 4054	PIEZA	0
55	060.088.0934	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT, EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS 7 X 8.5 CM ALMOHADILLA 2 X 2 CM	CAJA C/ 25 PIEZAS	9
56	060.088.0942	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT, EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS 8.5 X 11.5 CM ALMOHADILLA 3 X 4 CM	CAJA C/ 25 PIEZAS	6
57	060.088.0959	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT, EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS 10 X 12 CM ALMOHADILLA 3 X 4 CM	CAJA C/ 25 PIEZAS	6
58	060.100.0011	BABEROS P/PACIENTE	PIEZA	34128
59	060.111.0208	BARNIZ DE COPAL PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES, FRASCOCON 15 ML Y FRASCO CON D ISOLVENTE DE 15 ML.	JGO 1 JGO	9
60	060.118.0052	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHÓN PROTECTOR, CAPACIDAD: 120 ML	PIEZA	210
61	060.118.0102	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHÓN PROTECTOR, CAPACIDAD: 240 ML	PIEZA	18
62	060.125.0228	BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PZA 1 PZA	6141
63	060.125.0244	BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTERIL, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MAS ANCHO Y 1.0 CM EN EL MAS ANGOSTO. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PZA 1 PZA	5955
64	060.125.0582	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM. LA	ENV CON 10	2457

		CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.		
65	060.125.1879	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINIL, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, SISTEMA CERRADO CAPACIDAD: 2000 ML ADULTO	PIEZA	7935
66	060.125.1887	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 10.0 X 42 CM.	ENV 1000 PZA	33
67	060.125.1895	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 25 X 36 CM.	ENV 1000 PZA	1
68	060.125.1945	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 30 X 51 CM.	ENV 500 PZA	42
69	060.125.1960	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 20 X 42 CM.	ENV 1000 PZA	1
70	060.125.2505	BOLSAS PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM.	ENV 100 PZA	114
71	060.125.2679	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM.	ENV 1000 PZA	177
72	060.125.2695	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM).	ENV 1000 PZA	126
73	060.125.2760	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM.	ENV 1000 PZA	156
74	060.125.2828	BOLSA PARA ESTERILIZACION CON GAS O VAPOR. MEDIDAS: 9.0 X 12.5 X 5.0 CM.	ENV 1000 PZA	189
75	060.125.2836	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: ENVASE CON 250 A 500 PIEZAS	ENV 250 PZA	252
76	060.125.2844	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32 X 62 X 12 CM.	ENV 250 PZA	153
77	060.125.2877	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 18 X 33 X 6 CM.	ENV 1000 PZA	219
78	060.125.3230	BOLSAS. PARA USO GENERAL DE POLIETILENO. MEDIDAS: 60 X 80 CM.	ENVASE CON 100 PIEZAS	9
79	060.125.3917	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMIA. TAMAÑO NEONATAL. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 21.5 X 8.6 CM CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CAROXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITE ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 40 MM, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.	PIEZA	315
80	060.125.3925	BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL, NEONATAL, DE 250 ML, ESTERIL, DE ETILVINIL ACETATO, CON ESCALA DE MEDICION CADA 50 ML, SISTEMA DE LLENADO, SITIO DE INYECCION, SISTEMA OBTURADOR Y ASA PARA COLGAR.	PIEZA	0
81	060.125.3925	BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL, NEONATAL, DE 250 ML, ESTERIL, DE ETILVINIL ACETATO, CON ESCALA DE MEDICION CADA 50	PIEZA	0

		ML, SISTEMA DE LLENADO, SITIO DE INYECCION, SISTEMA OBTURADOR Y ASA PARA COLGAR.		
82	060.132.0054	BRAZALETES PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS	369
83	060.155.0304	CAMPO QUIRURGICO SIN IODOPOVIDONA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y DESECHABLE MEDIDAS 60 X 35 CMS	ENVASE CON 10 PZAS	132
84	060.164.0030	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 12 FR	PIEZA	186
85	060.165.0708	CANULAS PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 12 FR. (SONDA PLEURAL 12) TIPO MARCON	PIEZA	3
86	060.165.0716	CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA CON MARCA RADIOPACA CALIBRE 14 FR. PLEURAL	PIEZA	3
87	060.165.0849	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO NEONATAL, CALIBRE 1.9 A 3.0 FR	PIEZA	0
88	060.165.0849	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO NEONATAL, CALIBRE 1.9 A 3.0 FR	PIEZA	0
89	060.165.0864	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 12.0 FR	PIEZA	12
90	060.165.0872	CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM CALIBRE, 14 FR	PIEZA	15
91	060.166.0277	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 5.5 MM 22 FR.	PZA 1 PZA	153
92	060.166.0285	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 6.0 MM 24 FR.	PZA 1 PZA	51
93	060.166.0293	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 6.5 MM CALIBRE 26 FR	PIEZA	15
94	060.166.1663	CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM CALIBRE, 20 FR	PIEZA	15
95	060.166.3008	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.0 MM +/- 0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 5.2 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 32 MM +/-5 MM.	PIEZA	2
96	060.166.3339	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 12 FR	PIEZA	912
97	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 14 FR	PIEZA	1455
98	060.166.3354	SONDA PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATOXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE ASPIRACION CON PUNTA ROMA. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 16 FR	PIEZA	1527
99	060.166.3362	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 18 FR	PIEZA	1671
100	060.166.4220	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL DE DESECHABLE. CALIBRE 16	PIEZA	0

101	060.166.4238	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL DE DESECHABLE. CALIBRE 18	PIEZA	0
102	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER 20G	PIEZA	0
103	060.166.4279	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL DE DESECHABLE. CALIBRE 22	PIEZA	0
104	060.166.4287	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL DE DESECHABLE. CALIBRE 24	PZA	0
105	060.166.5204	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. CALIBRE 14 G.	PIEZA	0
106	060.167.0920	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA, DIAMETRO INTERNO 4.00 MM. LONG 41 MM.	PIEZA	3
107	060.167.0946	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA, DIAMETRO INTERNO 4.5 MM LONG. 45 MM	PIEZA	2
108	060.167.0979	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 5.5 MM +/- 0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 7.8 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 48 MM +/-5 MM.	PIEZA	3
109	060.167.3056	CATETER URETERAL EN DOBLE "J" DE ELASTOMERO DE SILICÓN. ESTÉRILES LONGITUD 15 CM CALIBRE 4.7 FR	PIEZA	9
110	060.167.3403	CANULAS PARA EMBOLECTOMIA. ESTERILES Y DESECHABLES TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM. CALIBRE 4 FR.	PZA 1 PZA	6
111	060.167.3437	CATETER PARA EMBOLECTOMIA, ESTERIL Y DESECHABLE Y DE LONGITUD 80 CM MODELO FOGARTI FR.7 CAPACIDAD MAXIMA DEL GLOBO EN LIQUIDO 2.5 ML CIRUGIA CARDIOVASCULAR	PIEZA	9
112	060.167.3726	CANULAS PARA DRENAJE TORACICO CON MARCA RADIOPACA LONGITUD 51 CM. CALIBRE 28 FR. PIEZA MIN 134 MAX 224	PIEZA	129
113	060.167.3965	CATÉTERES URETERALES EN DOBLE ""J"", DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES, LONGITUD: 26 CM, CALIBRE: 7 FR	PIEZA	30
114	060.167.5010	CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, CON DIAMETRO INTERNO DE 2 MM. LONGITUD. 180 CM.	PZA 1 PZA	14259
115	060.167.6646	CATÉTER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO, ESTÉRILES Y DESECHABLES, LONGITUD: 35 A 38 CM, CALIBRE: 5.0 FR, CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM	PIEZA	258
116	060.167.6935	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.5 MM +/- 0.15 MM D.E. 5.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 40 MM +/-5 MM.	PIEZA	2
117	060.167.8089	SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 8 FR.	PZA 1 PZA	13257
118	060.167.8170	SONDAS. PARA MANEJO DE EPISTAXIS ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARA-NASALES DE DOS VÍAS. CON GLOBO HEMOSTÁTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA.	6

119	060.167.8220	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 8 FR	PIEZA	213
120	060.167.8238	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 10 FR	PIEZA	294
121	060.167.8725	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRCIA, DIAMETRO INTERNO 5.0 MM LONG. 45 MM	PIEZA	3
122	060.167.8766	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL, CALIBRE: 10 FR	BOLSA	18
123	060.167.8782	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 5 FR	PIEZA	9
124	060.168.0085	SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, ECON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO. INFANTIL LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 10 FR DIAMETRO EXTERNO 3.3 MM.	PZA 1 PZA	3021
125	060.168.0945	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/- 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 9.4 MM +/- 0.6 MM LONGITUD. 70 MM +/- 5 MM.	PZA 1 PZA	24
126	060.168.1422	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON BALON Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTERIL, CON PVC CON ESPIRAL DE ALAMBRE CURVADO 8.0 MM. CON GLOBO 32 FR	PIEZA	30
127	060.168.1455	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 12 FR	PIEZA	498
128	060.168.2214	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.5 MM CALIBRE. 22 FR	PIEZA	201
129	060.168.2446	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.0 MM CALIBRE. 24 FR.	PZA 1 PZA	219
130	060.168.2560	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.0 MM CALIBRE. 36 FR.	PIEZA	123
131	060.168.2578	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.5 MM CALIBRE. 38 FR.	PZA 1 PZA	78
132	060.168.2594	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARADERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 10.5 MM CALIBRE. 40 FR	PZA 1 PZA	63
133	060.168.5340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 14 FR	PIEZA	777
134	060.168.5365	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN	PIEZA	480

		TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR		
135	060.168.5381	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 18 FR	PIEZA	234
136	060.168.6603	CATETERES. PARA VENOCISIS. DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 14 G. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENV 50 PZA	15
137	060.168.8138	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO. 8.0 MM +/- 0.2 MM DIÁMETRO EXTERNO. 11.3 MM +/- 0.5 MM LONGITUD. 74 MM +/- 5 MM.	PZA 1 PZA	33
138	060.168.8211	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO. 6.0 MM +/- 0.2 MM DIÁMETRO EXTERNO. 8.5 MM +/- 0.5 MM LONGITUD. 64 MM +/- 5 MM.	PIEZA	3
139	060.168.9243	SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. PREMATUROS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR.	PZA 1 PZA	18381
140	060.168.9417	SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LÁTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE. 12 FR.	PZA 1 PZA	0
141	060.168.9607	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA, TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE 10 FR	PIEZA	21
142	060.168.9805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 26 FR	PIEZA	54
143	060.168.9896	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 14 FR.	PZA 1 PZA	552
144	060.182.0236	CEMENTOS DENTAL PARA APOSITO QUIRÚRGICO. CON POLVO DE ÓXIDO DE ZINC. POLVO ROSA. TALCO. LÍQUIDO: EUGENOL. ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 10 %, RESINA DE PINO. ACEITE DE PINO. ACEITE DE CLAVO, ACEITE DE CACAHUATE.	EST 1 EST	33
145	060.182.1150	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR	ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE	63
146	060.182.1283	CEMENTO DENTAL PARA SELLAR CONDUCTOS RADICULARES. POLVO DE ÓXIDO DE ZINC Y SULFATO DE CALCIO (RESINA) LÍQUIDO: 7 ML (EUGENOL)	JUEGO	18
147	060.182.1366	CEMENTOS DENTALES. PARA USO QUIRÚRGICO. DE ÓXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 30 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO.	EQP 1 EQP	87
148	060.182.1440	CEMENTOS. IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLÓGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ÁCIDO POLIACRÍLICO. 10% ÁCIDO BENZÓICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LÍQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO MALÉICO. 25-35% ÁCIDO TARTÁRICO. 9.1% ÁCIDO BENZÓICO. 0.1% LOSETA DE PAPEL ENCERADO, CUCHARILLA DISPENSADORA, GUÍA DE APLICACIÓN E INSTRUCTIVO.	ESTUCHE	132
149	060.189.0015	CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.	PZA 1 PZA	74160

150	060.189.0056	CEPILLOS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL. CON CERDAS DE FIBRA VEGETAL, LECHUGUILLA. INSTRUMENTOS.	PZA 1 PZA	426
151	060.189.0304	CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON.	PZA 1 PZA	159
152	060.196.0057	CERAS PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTERIL. SOBRE CON 2.5 G	ENV 12 SBR	21
153	060.196.0065	CERA ROSA DEL NO. 7, PARA USO DENTAL.	ENVASE CON 10 TABLETAS	6
154	060.203.0058	CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD	ENVASE CON 12 PIEZAS	177
155	060.203.0066	CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 7 MM DE LONGITUD	ENVASE CON 12 PIEZAS	186
156	060.203.0165	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM.	ENV 100 SBR	60
157	060.203.0207	CINTAS TESTIGO DE 18 MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION.	RLL 1 RLL	2847
158	060.203.0298	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO TAMAÑO: 18 MM X 50 M	ROLLO	87
159	060.203.0306	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM.	CJA 24 RLL	114
160	060.203.0363	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 5.00 CM.	CJA 6 RLL	474
161	060.203.0397	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 2.50 CM.	CJA 12 RLL	480
162	060.203.0553	CINTA TRANSPARENTE PLATICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO HIPOALERGENICA LONGITUD DE 9.-9.5 M ANCHO 2.5 CM	PIEZA	1008
163	060.203.0561	CINTA TRANSPARENTE PLATICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO HIPOALERGENICA LONGITUD DE 9.-9.5 M ANCHO 5 CM	PIEZA	993
164	060.207.0013	CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE: DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L.	EQP 1 EQP	870
165	060.219.0068	COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR.	ENVASE CON 100 PIEZAS.	960
166	060.231.0583	ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA CESAREA Y CIRUGIA GENERAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILIENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; SEIS CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA HENDIDA DE 180 +/- 10 CM X 240 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM.	BOP 1 BOP	2301
167	060.231.0658	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE	PIEZA	6
168	060.233.0011	CONECTORES DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS .DELGADO.	PIEZA	1101
169	060.233.0037	CONECTORES DE DOS VÍAS EN (Y) . DE DOS VÍAS EN (Y). DE PLÁSTICO, DESECHABLE.	PIEZA	201
170	060.233.0052	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO.	PZA 1 PZA	3387
171	060.243.0019	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE. PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
172	060.243.0027	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	27

173	060.243.0035	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
174	060.243.0043	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
175	060.243.0050	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	30
176	060.243.0076	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	30
177	060.243.0084	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
178	060.243.0092	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	21
179	060.243.0100	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
180	060.243.0118	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
181	060.243.0126	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	21
182	060.243.0134	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
183	060.243.0142	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5	ENV. CON 5 PIEZAS	30
184	060.243.0167	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
185	060.243.0175	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
186	060.243.0183	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
187	060.243.0191	"CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4"	ENV. CON 5 PIEZAS	24
188	060.243.0209	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	30
189	060.243.0217	CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	21
190	060.243.0225	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
191	060.243.0233	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
192	060.243.0241	CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6	ENVASE CON 5 PIEZAS	27
193	060.243.0373	CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1	ENVASE CON 5 PIEZAS	15
194	060.243.0381	CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2	ENVASE CON 5 PIEZAS	21
195	060.243.0399	CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3	ENVASE CON 3 PIEZAS	27
196	060.243.0407	CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1	ENVASE CON 5 PIEZAS	15
197	060.243.0415	CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2	ENVASE CON 5 PIEZAS	21
198	060.243.0423	CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3	ENV. CON 5 PIEZAS	21
199	060.243.0431	CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1	ESTUCHE C/5 PZAS	15
200	060.243.0449	CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2	ESTUCHE C/5 PZAS	15
201	060.243.0456	CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3	ENV. CON 5 PIEZAS	24
202	060.243.0464	CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4	ENV. CON 5 PIEZAS	24
203	060.243.0498	CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1	ESTUCHE C/5 PZAS	15
204	060.243.0506	CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2	ESTUCHE C/5 PZAS	21
205	060.243.0514	CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3	ENVASE CON 3 PIEZAS	27

206	060.243.0522	CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4	ENVASE CON 3 PIEZAS	27
207	060.243.0571	CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 3	ENVASE CON 5 PIEZAS	24
208	060.243.0613	CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 4	ENV. CON 5 PIEZAS	24
209	060.243.0662	CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 5	ENV. CON 5 PIEZAS	18
210	060.272.0021	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.	ESTUCHE	153
211	060.272.0039	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADOLESCENTES.	ESTUCHE	162
212	060.272.0047	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADULTOS.	ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA ADULTOS.	45
213	060.276.0050	CUÑAS DE MADERA PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS.	BSA 100 PZA	51
214	060.286.0132	DESINFECTANTES. CLORURO DE BENZALCONIO AL 12 %. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML.	4
215	060.286.0132	DESINFECTANTES. CLORURO DE BENZALCONIO AL 12 %. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML.	0
216	060.308.0193	DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, PARA NULIPARAS. ESTERIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLASTICO GRADO MEDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL.	PZA 1 PZA	0
217	060.314.0054	EQUIPOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON DOS VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA. ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML.	EQP 1 EQP	189
218	060.314.0062	EQUIPOS. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN POSITIVA Y CIERRE DE PRESIÓN NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML.	EQUIPO.	3
219	060.337.0164	ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS.	PZA 1 PZA	24
220	060.339.0014	CASCO CEFALICO PARA APLICACIÓN DE OXIGENO O AEROSOL NIOS DE 30X30X22 DE ACRILICO	PIEZA	3
221	060.339.0022	CASCO CEFALICO PEDIATRICO PARA APLICACIÓN DE OXIGENO O AEROSOL DE 50X30X30 DE ACRILICO	PIEZA	6
222	060.339.0030	CASCO CEFALICO PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOL EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA.	PIEZA	3
223	060.341.0325	ESCOBILLONES. DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: CHICO.	PIEZA.	15
224	060.341.0341	ESCOBILLONES. DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: GRANDE.	PIEZA.	15
225	060.345.0305	EQUIPOS PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. UN TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. UN TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE.	EQP 1 EQP	609
226	060.345.0503	EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE ; BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEIO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR.	EQP 1 EQP	21921
227	060.345.1352	EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA	EQP 1 EQP	3261

		COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.		
228	060.345.1394	EQUIPOS PARA VENOCCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G.	EQP 1 EQP	3
229	060.345.1865	EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	EQP 1 EQP	180
230	060.345.1873	EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	EQP 1 EQP	126
231	060.345.3135	SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE.	PZA 1 PZA	261
232	060.345.3143	SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE.	PZA 1 PZA	576
233	060.348.0013	ENSANCHADORES DE CANALES NO. 10 AL 40	CAJA CON 6 PIEZAS	36
234	060.348.0021	ENSANCHADORES. DE CANALES. NO. 45 AL 80.	PIEZA	15
235	060.354.0014	ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE. INSTRUMENTO ALARGADO CON DOS DIFERENTES EXTREMOS. DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170.0 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA A ES DE MAYOR TAMAÑO QUE LA CRESTA B. LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM. LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM. APERTURA MÁXIMA: 17 MM. EXTREMO 2 FORMA CÓNICA TERMINADO EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM. APERTURA MÁXIMA O ANCHO 12.0 MM. LARGO DE CONO 35 MM. ANCHO DE CUELLO 6.0 MM. ANCHO DE VÉRTICE 3.0 MM.	ENVASE CON 500 PIEZAS.	24
236	060.371.2472	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES MEDIDAS: 6.4 X 6.4 MM	ENVASE CON 10 PIEZAS.	30
237	060.371.2498	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES MEDIDAS: 13.0 X 76.0 MM	ENVASE CON 10 PIEZAS.	24
238	060.400.0067	EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO, TEJIDO PH DISEÑO SEMILUNAR 4 DE 250 ML CON VÁLVULA REMOTA Y CONECTOR DE METAL.	PIEZA	2

239	060.400.0091	EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. FORMA RECTANGULAR, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 480-500 ML.	PIEZA	2
240	060.426.0323	FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, CAPACIDAD DE 125 ML. Y 146 ML. AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM. DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO Y EN LA BASE, CON DIAMETRO DE 5.5 CM. EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML. EMPEZANDO EN LOS 10 HASTA 120 ML Y NUMERADO CADA 30 ML. HASTA 120 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	PIEZA	1197
241	060.426.0331	FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE, CON DIAMETRO DE 5.5 CM. EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	PIEZA	585
242	060.436.0206	GASAS. SIMPLE, SECA. DE ALGODON, TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA) LARGO. 91 M ANCHO. 91 CM.	RLL 1 RLL	6
243	060.436.0685	GASA SECA CORTADA, DE TELA O TEJIDA, NO ESTERIL 10 X 10 CM	ENVASE CON 200	6
244	060.436.0707	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%, TEJIDA. DOBLADA EN 8 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M4 LARGO:10 CM. ANCHO: 10 CM. ÁREA: 768 CM2 .	ENVASE CON 200.	27
245	060.456.0037	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMAÑOS: MEDIANO.	ENV. CON 100 PIEZAS	0
246	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES TALLA: 6 1/2	PAR	0
247	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES TALLA: 7	PAR	0
248	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 7 1/2.	PAR 1 PAR	0
249	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA: 8.	PAR 1 PAR	0
250	060.456.0383	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO.	CJA 100 PZA	4965
251	060.456.0391	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO ESTÉRILES DE LÁTEX DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	CJA 100 PZA	9864
252	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE.	CJA 100 PZA	0
253	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE.	CJA 100 PZA	0
254	060.456.0623	GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINEACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO	PAQUETE CON 100 PIEZAS	27
255	060.456.0631	GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINEACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO	PAQUETE CON 100 PIEZAS	540
256	060.456.0649	GUANTES. DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE	PAR.	27
257	060.461.0147	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS.	3
258	060.461.0154	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS.	9
259	060.461.0162	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 15 CM.	ENV 24 PZA	42
260	060.461.0188	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD 5 M, ANCHO 20 CM	ENVASE CON 24 PIEZAS.	18

261	060.461.0261	GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 5.0 CM	PIEZA	321
262	060.461.0287	GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 10.0 CM	PIEZA	441
263	060.470.0112	HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO. DE 50 A 100 X 70 A 125 MM.	ENV 1 PZA	450
264	060.470.0120	HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O DE COLAGENO DE 20 A 30 X 50 A 60 MM.	ENV 1 PZA	735
265	060.470.0153	HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES DE COLÁGENO MEDIDAS. 2.5 X 5 CM	ENVASE CON 12 PIEZAS	90
266	060.483.0091	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 10	ENV. CON 100 PIEZAS	27
267	060.483.0117	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 12	ENV. CON 100 PIEZAS	21
268	060.483.0125	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 11	ENV. CON 100 PIEZAS	21
269	060.483.0133	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 20	ENV. CON 100 PIEZAS	21
270	060.483.0141	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 15	ENV. CON 100 PIEZAS	144
271	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. NÚMERO 23	CAJA CON 100 PIEZAS	240
272	060.491.0018	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS	BLOCK CON 15 HOJAS	255
273	060.543.0115	JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA.	ENV 135 GRO	2985
274	060.550.0354	JERINGAS DE PLASTICO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2, CON AGUJA CALIBRE. 20 G Y LONGITUD 32 MM.	CJA 100 PZA	3900
275	060.550.0446	JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2.	ENVASE CON 100 PIEZAS	0
276	060.550.0453	JERINGAS DE PLASTICO, SIN AGUJA, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0.	ENV 50 PZA	0
277	060.550.0891	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.	PZA 1 PZA	162
278	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLASTICO GRADO MEDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTERIL Y DESECHABLE.	PZA 1 PZA	0
279	060.550.2608	JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 5 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML Y AGUJA DE 20 G Y 38 MM DE LONGITUD, ESTERIL Y DESECHABLE.	PZA 1 PZA	0
280	060.550.2707	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.25 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. (0.25 ML.) CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 23X25 MM. PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	0
281	060.550.2707	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.25 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. (0.25 ML.) CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 23X25 MM. PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	0
282	060.550.2715	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.5 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA EN ADULTOS; DPT + HEPATITIS B + HIB; DPT, Y TOXOIDE TETANICO; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 22X32 MM PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA	CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	2109

		MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.		
283	060.551.2227	JERINGAS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA REESTERILIZABLE CAPACIDAD DE 60 ML CON ANILLO DE SEGURIDAD ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9, Y 12 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA.	27
284	060.551.2235	JERINGAS. JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA REESTERILIZABLE CAPACIDAD DE 60 ML ANILLO DE SEGURIDAD ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR VÁLVULA SENCILLA DE CONTROL EXTERNO CON EMPAQUE DE LÁTEX EN FORMA DE EMBUDO QUE CUBRE POR DENTRO LA VÁLVULA. PARA CÁNULAS DE 4, 5, Y 6 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA.	3
285	060.596.0137	GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA	ENV. CON 5 A 10 G.	0
286	060.596.0137	GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA	ENV. CON 5 A 10 G.	0
287	060.598.0226	LLAVES DE CUATRO VÍAS SIN EXTENSIÓN. ESTÉRIL, DESECHABLE, DE PLÁSTICO.	PIEZA	0
288	060.600.0057	BIBERONES. REPUESTOS: MAMILA DE HULE LATEX.	PZA 1 PZA	0
289	060.603.0070	BARRA ABSORBIBLE PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, DE 7.6 CM X 10.2 CM. PIEZA	PIEZA	15
290	060.621.0524	CUBREBOCAS. CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA 1 PZA	430800
291	060.621.0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA 1 PZA	833
292	060.622.0010	ALGINATO PARA IMPRESIÓN (BOLSA CON 450 G)	BOLSA	6
293	060.622.0028	YESO PIEDRA PARA ORTODONCIA (BOLSA CON 1 KILO)	BOLSA	6
294	060.622.0044	RESINA ACRÍLICA, AUTOPOLIMERIZABLE, ROSA, POLVO.	FRASCO	3
295	060.622.0051	MONOMERO RÁPIDO(FRASCO CON UN LITRO)	FCO	3
296	060.622.0143	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA. DE BUCKLEY	ENVASE CON 30 ML	48
297	060.623.0860	ESPACIADORES DE VOLUMEN. DE PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, QUE SE ADAPTE A LOS DIFERENTES MEDICAMENTOS BRONCODILATADORES EN AEROSOL. PUEDE TENER O NO ENSAMBLADA UNA MASCARILLA O UNA BOQUILLA. VIDA ÚTIL: TRES MESES. NEONATAL. PIEZA MIN 83 MAX 139	PIEZA	69
298	060.623.0878	ESPACIADORES DE VOLUMEN. DE PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, QUE SE ADAPTE A LOS DIFERENTES MEDICAMENTOS BRONCODILATADORES EN AEROSOL. PUEDE TENER O NO ENSAMBLADA UNA MASCARILLA O UNA BOQUILLA. VIDA ÚTIL TRES MESES. PEDIÁTRICO.	PZA 1 PZA	66
299	060.623.0886	ESPACIADORES DE VOLUMEN. DE PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, QUE SE ADAPTE A LOS DIFERENTES MEDICAMENTOS BRONCODILATADORES EN AEROSOL. PUEDE TENER O NO ENSAMBLADA UNA MASCARILLA O UNA BOQUILLA. VIDA ÚTIL: TRES MESES. ADULTO.	PZA 1 PZA	78
300	060.626.0024	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO. TALLA CHICA LARGA	ENVASE CON UN PAR	363
301	060.626.0040	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA MEDIANA LARGA.	ENV 1 PAR	960
302	060.626.0065	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA GRANDE LARGA.	ENV 1 PAR	903
303	060.681.0034	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLE, PARA NIÑOS MEDIDA: CHICO	PIEZA	100338
304	060.681.0042	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLE, PARA NIÑOS MEDIDA: MEDIANO	PIEZA	22560
305	060.681.0059	PAÑALES DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS, MEDIDAS: GRANDE	PZA 1 PZA	21240

306	060.681.0067	PAYALES PREDOBLODADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS.	PZA 1 PZA	77775
307	060.683.0057	PAÑOS PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR	ENVASE CON 100 PIEZAS	84
308	060.697.0267	PASTA O GEL CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML.	ENV 1 ENV	369
309	060.701.0360	PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, DE HULE NO. 2	PIEZA	363
310	060.701.0378	PERILLA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. DE HULE. NO. 4	PZA 1 PZA	966
311	060.711.0046	TESTIGOS CONTROLES BIOLOGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR.	CJA 100 PZA	78
312	060.711.0095	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120 °C - 121 °C.	ENVASE CON 50 UNIDADES.	1
313	060.711.0111	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON CALOR SECO CONTIENE: 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS NÍGER. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO.	ENVASE CON 50 UNIDADES.	1
314	060.711.0145	TESTIGO INDICADOR INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACION POR VAPOR CLASE V CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERATURA TIEMPO DE ESTERILIZACION Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A VAPOR Y RECUBIERTO	PIEZA	29377
315	060.711.0145	TESTIGO INDICADOR INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACION POR VAPOR CLASE V CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERATURA TIEMPO DE ESTERILIZACION Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A VAPOR Y RECUBIERTO	PIEZA	0
316	060.740.0025	PROTECTOR DE PIEL. TINTURA DE BENJUI AL 20%	ENVASE CON 1000 ML.	2
317	060.753.0011	PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5)	ENVASE CON 200 PIEZAS	12
318	060.771.0068	RASTRILLOS DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFEITAR, SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO, REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVA	PIEZA	18540
319	060.791.0114	RESINA. FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: RESINA COLOR A2	JERINGA C/4 GR COLOR A2	348
320	060.797.0019	ALGODONES PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM.	ENV 500 RLL	162
321	060.811.0060	HILOS. SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	ENV 1 ENV	204
322	060.820.0374	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES.	PZA 1 PZA	99
323	060.820.0382	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NO. 3. MATERIAL PARA VENTILADORES.	PIEZA	69
324	060.820.0390	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE, UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO ADULTO. MATERIAL PARA VENTILADORES, PIEZA MIN 127 MAX 212	PIEZA	39
325	060.820.0408	SISTEMA INFUSION PORTATIL DE GRAN VOLUMEN, DE ELASTOMERO, DE 5 DIAS CON RESTRICCTOR DE FLUJO Y FILTRO DE PARTICULAS. ESTERIL Y DESECHABLE.	ENVASE CON 6 PZAS	15
326	060.830.7088	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN,	PIEZA	12

		RADIOPACA. LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR.		
327	060.830.7195	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD: 45 A 51 CM, CALIBRE: 28 FR PIEZA MIN 80 MAX 134	PIEZA	39
328	060.833.0098	SOLUCIONES. HIALURONATO DE SODIO SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG Ó 16 MG.	ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML.	90
329	060.833.0296	SOLUCION REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS, MANCHAS DE OXIDACION DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO	GALON /4000ML /ENVASE CON 1 A 5 LT.	41
330	060.833.0296	SOLUCION REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS, MANCHAS DE OXIDACION DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO	GALON /4000ML /ENVASE CON 1 A 5 LT.	0
331	060.841.0015	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA CALIBRE DE LA SUTURA 7-0, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM AGUJA 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO, ESPATULA (6-6.5) VICRYL	ENVASE CON 12 PIEZAS	6
332	060.841.0023	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 6-0 CARACTERIASTICAS DE LA AGUJA. 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM).	ENV 12 PZA	1
333	060.841.0031	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	3
334	060.841.0072	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. QUIRÚRGICAS, LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	3
335	060.841.0106	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. QUIRÚRGICAS, LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	2
336	060.841.0197	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (19-20 MM). (DERMALON 4-0)	CAJA CON 12 PIEZAS	1
337	060.841.0254	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LAAGUJA. 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM).	ENV 12 PZA	6
338	060.841.0262	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	18
339	060.841.0296	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM).	ENV 12 PZA	3
340	060.841.0445	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM)	CAJA C/12 PZS	36
341	060.841.0460	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	99
342	060.841.0478	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM).	ENV 12 PZA	405
343	060.841.0551	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM).	ENV 12 PZA	573

344	060.841.0569	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM).	ENV 12 PZA	981
345	060.841.0619	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).	ENV 12 PZA	228
346	060.841.0734	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS.	ENV 12 PZA	69
347	060.841.0742	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS.	ENV 12 PZA	147
348	060.841.0767	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS.	ENV 12 SBR	60
349	060.841.0775	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 1, SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS	ENV. CON 12 PIEZAS	75
350	060.841.0858	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).	ENV 12 PZA	99
351	060.841.0866	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).	ENV 12 PZA	174
352	060.841.0882	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM).	ENV 12 PZA	1161
353	060.841.0890	SUTURAS SINTETCAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (35-37 MM).	ENV 12 PZA	159
354	060.841.0973	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 67 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (24 MM) VICRYL	ENV. CON 12 PIEZAS	63
355	060.841.1336	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, CORTANTE (40-45 MM).	ENV 12 PZA	9
356	060.841.1393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA,	ENV. CON 12 PIEZAS	18
357	060.841.1914	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (20-25 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	6
358	060.841.1948	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 1, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	75
359	060.841.1955	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM).	ENV 12 PZA	36
360	060.841.2268	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10 A 13 MM).	ENV 12 PZA	3
361	060.841.2441	SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0, LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM.	ENV 12 PZA	12
362	060.841.2565	CROMICO 5-0	CAJA C/12 PZS	1
363	060.841.2623	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA:1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM)	ENV. CON 12 PIEZAS	843
364	060.841.3936	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO. LONGITUD DE LA HEBRA: 36 " (91 CM) CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0.	ENVASE CON 12 PIEZAS.	3
365	060.841.3951	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO. LONGITUD DE LA HEBRA: 36" " (91 CM) CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0.	ENVASE CON 12 PIEZAS.	3
366	060.841.4231	SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 135 -	ENV 12 PZA	6

		150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0.		
367	060.841.4447	CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA DE 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM).	ENV. CON 12 PIEZAS	3
368	060.841.4470	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM).	CJA 12 PZA	9
369	060.842.0097	SUTURA VICRYL SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). RB-1	ENV. CON 12 PIEZAS	3
370	060.842.0253	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 45CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO DE (19 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS.	3
371	060.842.0410	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO (25 A 26 MM) MONOCRYL	ENV. CON 36 PIEZAS	12
372	060.869.0152	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.	ENV 12 PZA	669
373	060.869.0202	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5.00 CM.	ENV 6 PZA	513
374	060.879.0150	TERMOMETROS CLINICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUIMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTIGRADOS (35.50 C A 410 C) CON SUBDIVISIONES EN DECIMAS DE GRADO ORAL.	PZA 1 PZA	5871
375	060.889.0158	TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO 8 A10 MM, CALIBRE FINO	ENVASE CON 50 PIEZAS	69
376	060.889.0208	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO, TIRAS DOBLES	ENVASE CON 150 PIEZAS	48
377	060.894.0052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES.	ENV 100 PZA	462
378	060.908.5113	TUBO DE EXTENSION, DE POLIVINILO CON LONGITUD DE 3 M. ESTERIL. EXTENSION DE OXIGENEO.	PIEZA	990
379	060.909.0956	TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO DE 8.00MM 11.1MM C/12MT	ROLLO DE 12 M	288
380	060.910.0011	EYECTORES PARA SALIVA, DE PLASTICO, DESECHABLE.	ENV CON 100 PZS	1644
381	060.932.2631	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: ADULTO	PIEZA	3
382	060.932.2649	VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO.	PZA 1 PZA	12
383	060.932.2656	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: ADULTO	PIEZA	3
384	060.932.2789	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA , PRESIÓN BAJA DE 40 A 80MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15CM DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO INFANTIL	PIEZA	3
385	060.932.2797	VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER	PZA 1 PZA	6

		PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: INFANTIL.		
386	060.932.2805	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H ₂ O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: INFANTIL	PIEZA	3
387	060.932.6681	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80MM DE H ₂ O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15CM DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO NEONATAL	PIEZA	3
388	060.932.6699	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H ₂ O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL	PIEZA	3
389	060.946.0019	VASOS PARA MEDICAMENTOS DE VIDRIO CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA).	PZA 1 PZA	504
390	060.953.0100	VENDA ELASTICA ADHESIVA DE ALGODÓN Y FIBRA SINTETICA CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS 7.5C M X 2.7 MTS TENSOPLAST	PIEZA	0
391	060.953.0209	VENDAS DE GASA DE ALGODON LONGITUD 2.7 M ANCHO 5 CM.	PZA 1 PZA	45
392	060.953.0597	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 M ANCHO 20 CM.	ENV 12 PZA	81
393	060.953.0969	GUATAS TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LONGITUD : 22.81 M, ANCHO: 7.5 CM	ROLLO	27
394	060.953.2858	VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 5 CM.	ENV 12 PZA	1341
395	060.953.2874	VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 15 CM.	ENV 12 PZA	1839
396	060.953.3252	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA, PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M, ANCHO: 5.0 CM	PIEZA	0
397	060.953.3260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA, PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M, ANCHO: 7.6 CM	PIEZA	0
398	060.953.3260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA, PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M, ANCHO: 7.6 CM	PIEZA	0
399	060.953.3302	VENDA ELASTICA COMPUESTA DE ALGODON IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC DE 7.5 CM DE ANCHO X 6 M DE LARGO	PIEZA	933
400	070.426.0025	SOLUCION PARA REVELADO Y FIJADO. PARA PROCESADORA AUTOMATICA. FIJADOR CONCENT RADOPARA PREPARAR 76 LITROS (LAMARCA DE ESTE PRODUCTO DEBESER LA MISMA DE LA CLAVE070 817 0543).	ENV 1 ENV	18
401	070.426.0363	SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO. SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML. (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0550). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: REVELADOR DENTAL	FRASCO C/828 ML	66
402	070.581.0117	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL.	FRASCO CON 100 ML.	3
403	070.581.0141	MEDIOS DE CONTRASTE RADIOLOGICOS HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG YODO/ML. IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 50 ML.	FCO 1 FCO	351

404	070.581.0158	MEDIOS DE CONTRASTE RADIOLOGICOS HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG YODO/ML. IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML.	FCO 1 FCO	672
405	070.590.0041	MEDIOS DE CONTRASTE GRUPO 8 DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. DE ALTA DENSIDAD POLVO. PARA ESTUDIOS DOBLE CONTRASTE. BOTE CON 5 KG.	BTE 5 KG.	3
406	070.590.0066	MEDIOS DE CONTRASTE GRUPO 8 DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO, EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VALVULA DESPLAZABLE, REGULADOR DE PLASTICO TIPO PINZA Y CANULA RECTAL DE RETENCION CON GLOBO INFLABLE. BOLSA CON 454 G.	BSA 454 GRO	33
407	070.591.0032	GEL CONDUCTOR, DE AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS A BASE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA USP Y AGUA PURIFICADA.	TUBO CON 250 ML	153
408	070.591.0040	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALES PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS A BASE DE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA USP Y AGUA PURIFICADA.	ENV 3800 ML.	15
409	070.707.0041	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 20.3 X 25.4 CM. CAJA CON 100 PELICULAS.	CJA 1 CJA	12
410	070.707.0058	PELICULAS. PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 25.4 X 30.4 CM (10 X 12 PULGADAS).	CAJA CON 50 PELÍCULAS.	15
411	070.707.0090	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 24 X 30 CM. CAJA CON 100 PELICULAS.	CJA 1 CJA	15
412	070.707.0116	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 30 X 35 CM CAJA CON 100 PELICULAS.	CJA 1 CJA	15
413	070.707.0132	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 35.6 X 35.6 CM. CAJA CON 100 PELICULAS.	CJA 1 CJA	18
414	070.707.0140	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 35.6 X 43.2 CM. CAJA CON 100 PELICULAS.	CJA 1 CJA	6
415	070.707.0157	PELICULAS. PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 35.6 X 35.6 CM (14 X 14 PULGADAS).	CAJA CON 50 PELÍCULAS.	9
416	070.707.0173	PELICULAS. ORTOCROMÁTICAS SENSIBLES AL VERDE PARA MASTOGRAFÍA. MEDIDAS: 18 X 24 CM.	CAJA CON 100 PELÍCULAS.	1
417	070.707.0207	PELICULAS. PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 35.6 X 43.2 CM (14 X 17 PULGADAS).	CAJA CON 50 PELÍCULAS.	9
418	070.707.0355	PELICULAS. PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 20.3 X 25.4 CM (8 X 10 PULGADAS).	CAJA CON 50 PELÍCULAS.	9
419	070.707.0488	PELICULAS. ORTOCROMÁTICAS SENSIBLES AL VERDE PARA MASTOGRAFÍA. MEDIDAS: 20.3 X 25.4 CM.	CAJA CON 100 PELÍCULAS.	2
420	070.707.0496	PELICULA. PELÍCULA RADIOGRÁFICA, DENTAL ADULTO, MEDIDAS: EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELÍCULAS	CAJA C/150 PIEZAS	48
421	070.707.0504	PELICULAS. RADIOGRÁFICAS DENTALES, SENSIBLES AL AZUL PARA TOMOGRAFÍA PANORÁMICA DENTAL. OCLUSAL DE 5.7 X 7.6 CM. CAJA CON 25 PELÍCULAS.	CAJA C/25 PIEZAS	9
422	070.707.0587	PELICULAS. RADIOGRÁFICAS DENTALES, SENSIBLES AL AZUL PARA TOMOGRAFÍA PANORÁMICA DENTAL. INFANTIL SENCILLA PERIAPICAL DE 2.2 X 3.5 CM. CAJA CON 100 PELÍCULAS.	CAJA C/100 PIEZAS	24
423	070.817.0543	SOLUCION PARA REVELADO Y FIJADO PARA PROCESADORA AUTOMATICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.426.0025).	ENV 1 ENV	18
424	070.817.0550	SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO. SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML. (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.426.0363). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FIJADOR DENTAL	FRASCO C/828 ML	87
425	080.025.0128	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMASENCILLA Y/O MULTIPLE, E STE-RIL, DESECHABLE, DE: 22 G X38 MM.	CJA 100 PZA	27
426	080.889.0099	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR, COMO MINIMO 10 PARAMETROS EN ORINA: GLUCOSA, BILIRRUBINAS, CETONAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, SANGRE, PH, PROTEINAS, UROBILINOGENO, NITRITOS, LEUCOCITOS. FRASCO CON 100 TIRAS. TATC.	FCO 1 FCO	501
427	130.258.0392	COLLARINES TIPO: THOMAS. BLANDO PARA LIMITAR LA FLEXIÓN	PIEZA.	9

		DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL AJUSTABLE ACOJINADO ELABORADO EN HULE ESPUMA FORRADO EN ESTOQUINETE CIERRE DE VELCRO. CHICO.		
428	130.258.0400	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. MEDIANO.	PIEZA	129
429	130.258.0426	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. GRANDE.	PIEZA	120
430	130.258.0434	COLLARIN TIPO THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. PEDIÁTRICO.	PIEZA	75
431	130.258.0608	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA TAMAÑO PEDIATRIC	PIEZA	72
432	130.258.0616	COLLARIN TIPO: FILADELFIA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RES PIEZA MIN 24 MAX 40	PIEZA	15
433	130.258.0624	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA TAMAÑO MEDIANO	PIEZA	168
434	130.258.0632	COLLARINES TIPO FILADELFIA: EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES, ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA TAMAÑO ADULTO	PIEZA	165

2.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LAS BASES:

3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El licitante podrá presentar o enviar vía paquetería sus **3 SOBRES** debidamente cerrados, sellados con cintas adhesivas e identificadas con nombre del licitante, número de Licitación y número de sobre; en el lugar, fecha y hora establecidos en el punto 9 de estas bases.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener:

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.

3.1.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal (copia simple), la cual deberá contener la actividad o giro del licitante, mismo que deberá coincidir con los bienes objeto de esta Licitación o bien anexar listado de obligaciones fiscales en los cuales contenga el giro del licitante mismo que deberá coincidir con los bienes objeto de esta licitación (copia simple).

3.2.- Acta constitutiva del licitante. El giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva deberá coincidir con los bienes motivo de esta Licitación. (copia simple).

3.3.- En caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, se deberán de presentar las dos últimas. (copia simple).

3.4.- En caso de ser persona física, deberá presentar acta de nacimiento del dueño del negocio. (copia

simple).

3.5.- Poder Notarial de la persona que acredite tener poder general para actos de administración y/o poder especial para participar en procedimientos de adquisiciones, con facultades para presentar y firmar propuestas, así como recibir y firmar actas. (copia simple).

3.6.- Carta en hoja membretada suscrita y firmada por el representante mencionado en el punto **3.5**, conforme al **ANEXO A** de las presentes Bases (**sólo en original**).

3.7.- Identificación oficial vigente del representante legal con fotografía (INE, IFE, cédula profesional o pasaporte) de la persona asistente al evento (**copia simple**).

3.8.- **Declaración provisional desglosada (completa) de impuestos federales del mes de enero 2020, comprobante bancaria** del pago, acuse de recibo del SAT con el sello digital correspondiente. El código QR deberá ser legible al 100%, en caso contrario será causa de descalificación. (**Todo en copia simple**).

3.9.- Declaración anual completa de los impuestos federales correspondientes al ejercicio **2018**. Anexar comprobante bancario del pago y acuse de recibo del SAT con la liga digital correspondiente. (**Todo en copia simple**).

3.10.- Recibo oficial de compra de bases impreso desde página oficial de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, CFDI de compra de bases y, ficha bancaria o comprobante de transferencia electrónica, cuya fecha y monto de pago deberán estar dentro de lo señalado en los puntos **2.4.1. y 2.4.3** de las presentes bases. (**Todo en copia simple**).

3.11.- Copia de 3 facturas emitidas por el licitante a favor de tres diferentes clientes, a los que se les haya vendido/prestado bienes/servicios iguales a los licitados, que se encuentren dentro del periodo de **diciembre de 2018 a diciembre de 2019**, pudiéndose ocultar los precios en las citadas facturas. (*las facturas emitidas a favor de un mismo R.F.C., se considerarán emitidas a favor de un mismo cliente, aunque sean entregadas en distintas unidades, dependencias, etc...*). El código QR y la cadena original, deberán ser legibles al 100%, en caso contrario será causa de descalificación.

3.12.- Deberán presentar en hoja membretada en original, con sus **datos bancarios**, incluyendo CLABE BANCARIA, sellada y firmada por su representante legal. Ya que, en caso de resultar adjudicado, los mismos será utilizados para realizar su pago a través de transferencia electrónica.

3.13.- Comprobante de domicilio a nombre del licitante, el cual debe coincidir con el domicilio mencionado en la cédula de identificación fiscal, del mes **noviembre 2019 o posterior**. Debiendo anexar el comprobante de pago del mismo (excepto estado de cuenta). (**copia simple**).

Se consideran comprobante de domicilio el recibo de agua, recibo luz, recibo telefónico o estado de cuenta bancaria.

3.14.- En caso de contar con el oficio de inscripción en el padrón de proveedores de Tlaxcala vigente y que dicho documento en su rubro de actividad preponderante coincida con los bienes objeto de esta Licitación, podrán presentarlo dentro del primer sobre en sustitución de la documentación solicitada en los puntos **3.1, 3.2, 3.3 y 3.4**. Para el punto **3.5**, solo en caso de que la persona que se presente en el acto se encuentre debidamente acreditada en dicho padrón. (copia).

LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL:

1.- Se solicita a los Licitantes que la documentación legal solicitada, según sea el caso, se presente debidamente señalada para su rápida identificación, en un solo sobre, invariablemente cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del Licitante, número de Licitación y la leyenda "Documentación legal" o "Sobre 1"; las copias simples invariablemente deberán ser en tamaño carta, en fólder con broche tipo "baco", dentro del sobre; respetando el orden de presentación.

2.- Debido a que se solicitan copias simples, no se hará devolución por ningún motivo de la documentación presentada.

No se aceptará ningún tipo de documentación que sea presentada fuera del sobre.

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

9.1.- FECHA Y HORA.- Este evento será el día **31 de marzo de 2020 a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas del domicilio de la Convocante.

Para este evento **no se requiere la presencia de los representantes** de los licitantes. Sin embargo **las propuestas deberán ser recibidas antes de la fecha y hora señaladas en este punto (ya sea que sean enviadas por paquetería o entregadas de manera personal en las instalaciones de la convocante), en caso contrario será causa de descalificación.**

DESARROLLO DEL EVENTO.

9.3.- Se hará declaración oficial del evento de apertura de la Licitación.

9.4.- Se hará la presentación de los representantes de la Convocante, Contratante y Contraloría del Ejecutivo.

9.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes presentaron sus **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS, FIRMADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA, conforme a lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 de estas bases.**

9.6.- Se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener la documentación solicitada, mismas que se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el punto 3 de las presentes bases, se desecharan su propuestas, por lo que se le hará saber al licitante su descalificación en la misma acta y podrá presentarse por sus sobres que contienen las propuestas técnica y económica, en horario hábil.

9.7.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.

9.8.- Las propuestas serán rubricadas por las autoridades los asistentes a este evento.

9.9.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas. El acta será firmada por las autoridades asistentes a este evento y se publicará en la plataforma de Compranet, para el conocimiento de los licitantes.

9.10.- La omisión de firmas por parte de los licitantes o algún representante, no invalidará el contenido y efecto del acta.

9.11.- El tercer sobre de cada licitante, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos, en custodia de la Convocante, cerrado y sellado, hasta el día del evento de la apertura de propuestas económicas.

14.1.- Por no proporcionar sus 3 sobres con su documentación legal, técnica y económica, antes de iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES EN SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES. -----

3.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 28, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19, LA CONVOCANTE DETERMINA QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS NO SERÁN PRESENCIALES, POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA, PODRÁ SER PRESENTADA POR LOS

LICITANTES EN EL DOMICILIO DE ESTA CONVOCANTE O EN SU CASO PODRÁN ENVIARLA VÍA PAQUETERÍA. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDA ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA NOTA GENERAL 4 DE ESTA JUNTA. -----

4.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE EL EVENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SE REALIZARÁ EL DÍA **31 DE MARZO DE 2020 A LAS 12:00 HRS.** EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE, SIN LA PRESENCIA DE LOS LICITANTE. TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER RECIBIDAS ANTES DE LA HORA PROGRAMADA, DESPUES DE ÉSTA NO SE ADMITIRÁ PROPUESTA O DOCUMENTO ALGUNO. DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 9.1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. ----

5.- CON EL FIN DE NOTIFICAR A LOS LICITANTES, **EL ACTA SERÁ PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET.** -----

-----**CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **14:50** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA EN ELECTRÓNICO A LOS ASISTENTES, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

REPRESENTANTES

C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.	
C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.	

LICITANTES

COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GARSPIN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA DEL SUR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DENTILAB, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LAMO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HI TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ASESORÍA Y DISTRIBUCIONES DE REACTIVOS INDUSTRIALES Y PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D.G.B., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----FIN DE TEXTO-----