

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-OMG-LPN-081/2023
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
“ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN CON EQUIPOS SIN COSTO”
PARA EL O.P.D SALUD DE TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **17:00 HRS.** DEL DÍA **09 DE MAYO DE 2023**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA, NÚMERO 53, SEGUNDO PISO, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA. PRESIDENDO ESTE EVENTO, **EDNA ODED PÉREZ GARCÍA**, DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; **GILBERTO MENDOZA JIMÉNEZ**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE. ASIMISMO, **ISAI FLORES PÉREZ**, COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-OMG-LPN-081/2023**. -----

ESTA LICITACIÓN SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN I, 23, 24, 27, 29, 30, 31 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL PRESENTE ACTO SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ANTES MENCIONADA Y EN EL ARTÍCULO 36 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL PUNTO 9 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

----- **HECHOS** -----

SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, CONTRATANTE Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE CONTINUO CON LA LISTA DE LOS LICITANTES, QUEDANDO DESCALIFICADO TODOS AQUELLOS QUE NO ASISTIERON, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 14.1 DE LAS BASES. ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA. POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENÍAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.

PAR TIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDID A	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4 PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEÓ TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE	EQUIPO	1800	3000	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 2.9 PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y", PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 ML (SIN BURETA). MARCA: KINDERMAT MODELO: VLPA92 PROCEDENCIA: POLONIA					
2	3. EQUIPO FOTSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:10 PIEZAS 3.1. BAYONETA 3.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 3.3. CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15MICRAS 3.4. TUBO TRANSPORTADOR 3.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.7. CONECTORES LUERLOCK 3.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.9. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	1500	2500	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
3	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
4	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE	CAJA	9	15	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	MODELO: 8723017 PROCEDENCIA: FRANCIA					
5	6. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTETIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MARCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB PROCEDENCIA: INDONESIA	PZ	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
6	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4 PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE 2.9 PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y", PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE24±3 ML (SIN BURETA) MARCA: KINDERMAT MODELO: VLPA92 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
7	3. EQUIPO FOTOSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:10 PIEZAS 3.1. BAYONETA 3.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 3.3. CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15 MICRAS 3.4. TUBO TRANSPORTADOR 3.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.7. CONECTORES LUERLOCK 3.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.9. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO	EQUIPO	1080	1800	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

	DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90 PROCEDENCIA: POLONIA					
8	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
9	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE MODELO: 8723017 PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	8	12	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
10	6. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MARCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB PROCEDENCIA: INDONESIA	PZ	1307	2178	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PROPORCIONARÉ EN COMODATO SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

CONDICIONES DEL SERVICIO

DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

157 BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INTELIGENTE ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS, CON SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ASEGURA UN FLUJO PRECISO Y CONSTANTE, CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSCAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS, Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 1.2. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 1.3

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

SELECCIÓN DE FLUJO DE 1 A 1,500 ML/H EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML/H) Y DE 0.1 A 99.9 ML/H EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 m/h 1.4. SISTEMA DE CONTROL DE OCLUSIVIDAD CIERRA AUTOMÁTICAMENTE LA LÍNEA, ACTIVA UN BOMBEO REAL Y VERIFICA EL INCREMENTO DE PRESIÓN ASEGURANDO QUE LA BOMBA DETECTA LA OCLUSIÓN. 1.5. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.6 RANGO DE VOLUMEN DE 1 A 9,999 ML EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML) Y DE 0.1 A 999.9 EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML) 1.7. MODOS DE INFUSIÓN SELECCIONABLES: 1) INFUSIÓN EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO (ML/HR) Ó 2) MODO INFUSIÓN EN DOSIS (OPERA EN DOSIS MÁSCAS DE MEDICAMENTO, HASTA 49 UNIDADES DE DOSIS DISPONIBLES) 1.8. CONFIGURACIONES EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO: RAMPA CRECIENTE / RAMPA DECRECIENTE, SECUENCIAL, INDUCCIÓN, BOLUS, PRIMARIO/SECUNDARIO, SOLO FLUJO, FLUJO + VOLUMEN, VOLUMEN/TIEMPO, INFUSIÓN SECUNDARIA O PIGGY BACK. 1.9. TIEMPO DE INFUSIÓN PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 168 HORAS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO). 1.10. EXACTITUD DE FLUJO DE + 5% 1.11. FLUJO KVO (MANTENER LA VENA ABIERTA) PRE-ESTABLECIDO EN 1 ML/HR (AJUSTABLE DESDE 1 HASTA 20 ML/HR). 1.12. LÍMITE DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (DE 50 A 750 MMHG EN INCREMENTOS DE 25 – 50 MMHG) O 3 NIVELES SELECCIONABLES 1.13. BITÁCORA DE EVENTOS: REGISTRA 1,500 EVENTOS EN TIEMPO REAL. 1.14. GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN 1.15. MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 1.16 MODOS DE PROGRAMACIÓN: SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS / ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS / LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES)

1.16 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. 1.17. FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA 24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN. 1.18 CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 1.19. ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.20. ALARMAS Y PERA-LARMAS AUDIBLES, VISIBLES (LUZ Y TEXTO EN IDIOMA ESPAÑOL EN PANTALLA) 1.21. SISTEMA DE AUTO-TEST PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA BOMBA JUNTO CON SU LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.22. DETECCIÓN DE AIRE AJUSTABLE DESDE 10 HASTA 2,000 MICROLITROS DE AIRE EN INTERVALOS DE 15 MIN. 1.23. DETECCIÓN DE VARIACIONES DE PRESIÓN EN LA LÍNEA (INCREMENTO, DECREMENTO). 1.24. AVISO DE CAÍDA DE PRESIÓN 1.25. AVISO DE SUBIDA DE PRESIÓN. 1.26. ALARMA DE PUERTA ABIERTA. 1.27 ALARMA DE MAL INSTALACIÓN DEL SET DE INFUSIÓN 1.28 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN. 1.29 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA.

1.30 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 1.31 ALARMA DE ROTACIÓN DE MOTOR. 1.32. NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE PARA LAS ALARMAS AUDIBLES. 1.33 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 1.34 INDICADORES LUMINOSOS 1.35. FUNCIONAMIENTO A RED 1.36. FUNCIONAMIENTO EN BATERÍA. 1.37. INFUSIÓN EN PROGRESO. 1.38. PREALARMA. |ALARMASEÑAL DE CONFIRMACIÓN 1.39.1 FUNCIÓN PAUSA PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 24 HORAS. 1.40. BATERÍA 1.41 CARACTERÍSTICAS: LI-ION. 1.42. DURACIÓN: 8 HRS @ 125 ML/H 1.43. NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA DESPLEGADA EN PANTALLA QUE INDIQUE EL TIEMPO DE RESPALDO A UN FLUJO DETERMINADO. 1.44. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 1.45. DIMENSIONES / PESO: 135 X 190 X 170 MM / ~ 2,000 GR 1.46. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 1.47. IMPERMEABILIDAD: IP22 1.48. CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DEFIBRILACIÓN TIPO CF. 1.49. PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: VOLUMAT AGILIA

MODELO: VOLUMAT MC AGILIA E

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL S.A.S.

70 PERFUSORES INTELIGENTES DE ALTA PRECISIÓN PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CRÍTICOS A BAJOS FLUJOS Y BAJOS VOLÚMENES MEDIANTE JERINGA ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSCAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS Y

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 2.1. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 2.2. VELOCIDAD DE FLUJO: DE 0.1 A 1200.0 ML/H DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE LA JERINGA (INCREMENTOS DE 0.1 ML/H) Y DE 0.1 A 9.99 ML/H EN MICROINFUSIÓN (INCREMENTOS DE 0.01 ML/H). 2.3. PRECISIÓN: DE +1% EN EL MECANISMO DE LA BOMBA; 2% DEBIDO A LA JERINGA. 2.4. CAPACIDADES DE JERINGA: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ML. 2.5. MODOS DE INFUSIÓN. 2.6 FLUJO VOLUMÉTRICO (OPERA EN ML/HR). 2.7. FLUJO EN DOSIS (OPERA CON DIFERENTES UNIDADES DE FLUJO EN MASA): UNIDADES DE DOSIS: (NG, µG, MG, CAL, KCAL, U, KU, MMOL, MOL, KMOL) / KG. UNIDADES DE TIEMPO: 24H / H / MIN. PROGRAMACIÓN DE LA DILUCIÓN: X UNIDADES / ML, O BIEN, X UNIDADES / Y ML. PESO DEL PACIENTE: (0.25 A 250) KG. 2.8. LÍMITES DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (50 A 900 MMHG EN INCREMENTOS DE 50 MMHG) O 3 NIVELES PRE- ESTABLECIDOS: BAJO (50 A 300 MMHG); MEDIO (150 A 700MMHG) Y ALTO (250 A 900 MMHG). 2.9 LÍMITE DE VOLUMEN: DE 0.1 A 999.9 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML. 2.10. FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA 24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN. 2.11. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 2.12 EMPUJADOR PROTEGIDO: PROTECCIÓN PARA EL EMPUJADOR DEL ÉMBOLO MIENTRAS LA INFUSIÓN ESTÁ EN PROGRESO GRACIAS AL PROTECTOR DEL EMPUJADOR. 2.13 BITÁCORA DE EVENTOS: REGISTRA 1,500 EVENTOS EN TIEMPO REAL. 2.14 GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN. 2.15 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 2.16 MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 2.17 MODOS DE PROGRAMACIÓN. 2.18 SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS. 2.19 ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS. 2.20 LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES) 2.21 PREALARMS Y ALARMAS CON SEÑALES VISIBLES Y AUDIBLES. 2.22 TODAS LAS ALARMAS SON EXPRESADAS POR MEDIO DE LUCES INDICADORAS, MENSAJES ESCRITOS Y SÍMBOLOS GRÁFICOS EN PANTALLA. 2.23 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA. 2.24 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 2.25 ALARMA Y PRE-ALARMA DE VOLUMEN LÍMITE. 2.26 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN. 2.27 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE. 2.28 APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 2.29 BATERÍA: NI/MH AUTONOMÍA MÍNIMA: 10HR @ 5 ML/HR. 2.30. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 2.31 DIMENSIONES / PESO: 135 X 345 X 170 MM / ~ 2,150 GR. 2.32 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 2.33 IMPERMEABILIDAD: IP22. 2.34 CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DESFIBRILACIÓN TIPO CF. 2.35 PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: INJECTOMAT AGILIA

MODELO: INJECTOMAT MC AGILIA E

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL S.A.S.

104 SOPORTES PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA, PREFERENTEMENTE CON MULTICONECTORES INCLUIDOS PARA FAVORECER LA INTERCONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.

MARCA: AGILIA

MODELO: Z076580, Z073160

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

34 SOPORTES PARA PERFUSORES

MARCA: AGILIA

MODELO: Z076580, Z073160

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONSUMIBLES: LOS BIENES DE CONSUMO QUE SUMINISTRARÉ SERÁ Estrictamente compatibles con los EQUIPOS A COMODATO Y CORRESPONDERÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CADUCIDAD/ GARANTÍA: LOS PRODUCTOS (CONSUMIBLES) CONTARÁN CON UN MARGEN DE CADUCIDAD DE MÍNIMO 18 MESES PARA CONSUMO.

ME COMPROMETO A OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, INVENTARIO DEL EQUIPO CADA 4 MESES Y MANTENIMIENTO CONTINUO DEL MISMO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN.

COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN ANTEQUERA, S.A. DE C.V.

PAR TID A	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDID A	CANTI DAD MÁXIM A	CANTIDA D MÍNIM A	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE: 13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4 PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 2.9 PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y", PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 ML (SIN BURETA). MARCA: KINDERMAT MODELO: VLP A92 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	1800	3000	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

2	3. EQUIPO FOTSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE: 10 PIEZAS 3.1. BAYONETA 3.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 3.3. CÁMARA DE GOTEÓ FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15MICRAS 3.4. TUBO TRANSPORTADOR 3.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.7. CONECTORES LUERLOCK 3.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.9. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	15000	2500	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
3	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
4	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE MODELO: 8723017 PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	9	15	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
5	6. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTETIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MARCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB PROCEDENCIA: INDONESIA	PZ	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

6	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4 PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE 2.9 PUERTO DE INYECCIÓN EN “Y”, PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE24±3 ML (SIN BURETA) MARCA: KINDERMAT MODELO: VLPA92 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
7	3. EQUIPO FOTOSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:10 PIEZAS 3.1. BAYONETA 3.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 3.3. CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15 MICRAS 3.4. TUBO TRANSPORTADOR 3.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.7. CONECTORES LUERLOCK 3.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.9. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90 PROCEDENCIA: POLONIA	EQUIPO	1080	1800	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
8	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

	MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA					
9	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MÁRCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE MODELO: 8723017 PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	8	12	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
10	5. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MÁRCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB PROCEDENCIA: INDONESIA	PZ	1307	2178	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PROPORCIONARÉ EN COMODATO SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

CONDICIONES DEL SERVICIO

DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

157 BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INTELIGENTE ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS, CON SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ASEGURA UN FLUJO PRECISO Y CONSTANTE, CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSCAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS, Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 1.2. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 1.3 SELECCIÓN DE FLUJO DE 1 A 1,500 ML/H EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML/H) Y DE 0.1 A 99.9 ML/H EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 m/h 1.4. SISTEMA DE CONTROL DE OCLUSIVIDAD CIERRA AUTOMÁTICAMENTE LA LÍNEA, ACTIVA UN BOMBEO REAL Y VERIFICA EL INCREMENTO DE PRESIÓN ASEGURANDO QUE LA BOMBA DETECTA LA OCLUSIÓN. 1.5. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.6 RANGO DE VOLUMEN DE 1 A 9,999 ML EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML) Y DE 0.1 A 999.9 EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML) 1.7. MODOS DE INFUSIÓN SELECCIONABLES: 1) INFUSIÓN EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO (ML/HR) Ó 2) MODO INFUSIÓN EN DOSIS (OPERA EN DOSIS MÁSCAS DE MEDICAMENTO, HASTA 49 UNIDADES DE DOSIS DISPONIBLES) 1.8. CONFIGURACIONES EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO: RAMPA CRECIENTE / RAMPA DECRECIENTE, SECUENCIAL, INDUCCIÓN, BOLUS, PRIMARIO/SECUNDARIO, SOLO FLUJO, FLUJO +

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

VOLUMEN, VOLUMEN/TIEMPO, INFUSIÓN SECUNDARIA O PIGGY BACK. 1.9. TIEMPO DE INFUSIÓN PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 168 HORAS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO). 1.10. EXACTITUD DE FLUJO DE + 5% 1.11. FLUJO KVO (MANTENER LA VENA ABIERTA) PRE-ESTABLECIDO EN 1 ML/HR (AJUSTABLE DESDE 1 HASTA 20 ML/HR). 1.12. LÍMITE DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (DE 50 A 750 MMHG EN INCREMENTOS DE 25 – 50 MMHG) O 3 NIVELES SELECCIONABLES 1.13. BITÁCORA DE EVENTOS: REGISTRA 1,500 EVENTOS EN TIEMPO REAL. 1.14. GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN 1.15. MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 1.16 MODOS DE PROGRAMACIÓN: SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS / ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS / LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES)

1.17 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. 1.18 FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA 24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN. 1.19 CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 1.20 ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.21. ALARMAS Y PERA-LARMAS AUDIBLES, VISIBLES (LUZ Y TEXTO EN IDIOMA ESPAÑOL EN PANTALLA) 1.22. SISTEMA DE AUTO-TEST PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA BOMBA JUNTO CON SU LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.23. DETECCIÓN DE AIRE AJUSTABLE DESDE 10 HASTA 2,000 MICROLITROS DE AIRE EN INTERVALOS DE 15 MIN. 1.24. DETECCIÓN DE VARIACIONES DE PRESIÓN EN LA LÍNEA (INCREMENTO, DECREMENTO). 1.25. AVISO DE CAÍDA DE PRESIÓN 1.26. AVISO DE SUBIDA DE PRESIÓN. 1.27. ALARMA DE PUERTA ABIERTA. 1.28 ALARMA DE MAL INSTALACIÓN DEL SET DE INFUSIÓN 1.29 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN. 1.30 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA.

1.31 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 1.32 ALARMA DE ROTACIÓN DE MOTOR. 1.33 NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE PARA LAS ALARMAS AUDIBLES. 1.34 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 1.35 INDICADORES LUMINOSOS 1.36. FUNCIONAMIENTO A RED 1.37. FUNCIONAMIENTO EN BATERÍA. 1.38. INFUSIÓN EN PROGRESO. 1.39. PREALARMA. 1.40. ALARMASEÑAL DE CONFIRMACIÓN 1.41 FUNCIÓN PAUSA PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 24 HORAS. 1.42. BATERÍA 1.43 CARACTERÍSTICAS: LI-ION. 1.44. DURACIÓN: 8 HRS @ 125 ML/H 1.45. NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA DESPLEGADA EN PANTALLA QUE INDIQUE EL TIEMPO DE RESPALDO A UN FLUJO DETERMINADO. 1.46. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 1.47. DIMENSIONES / PESO: 135 X 190 X 170 MM / ~ 2,000 GR 1.48. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 1.49. IMPERMEABILIDAD: IP22 1.50. CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DEFIBRILACIÓN TIPO CF. 1.51. PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: VOLUMAT AGILIA

MODELO: VOLUMAT MC AGILIA E

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESSENIUS VIAL S.A.S.

70 PERFUSORES INTELIGENTES DE ALTA PRECISIÓN PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CRÍTICOS A BAJOS FLUJOS Y BAJOS VOLÚMENES MEDIANTE JERINGA ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁRICAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 2.1. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 2.2. VELOCIDAD DE FLUJO: DE 0.1 A 1200.0 ML/H DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE LA JERINGA (INCREMENTOS DE 0.1 ML/H) Y DE 0.1 A 9.99 ML/H EN MICROINFUSIÓN (INCREMENTOS DE 0.01 ML/H). 2.3. PRECISIÓN: DE +1% EN EL MECANISMO DE LA BOMBA; 2% DEBIDO A LA JERINGA. 2.4. CAPACIDADES DE JERINGA: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ML 2.5. MODOS DE INFUSIÓN 2.6 FLUJO VOLUMÉTRICO (OPERA EN ML/HR). 2.7. FLUJO EN DOSIS (OPERA CON DIFERENTES UNIDADES DE FLUJO EN MASA): UNIDADES DE DOSIS: (NG, µG, MG, CAL, KCAL, U, KU, MMOL, MOL, KMOL) / KG. UNIDADES DE TIEMPO: 24H / H / MIN. PROGRAMACIÓN DE LA DILUCIÓN: X UNIDADES / ML, O BIEN, X UNIDADES / Y ML. PESO DEL PACIENTE: (0.25 A 250) KG. 2.8. LÍMITES DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (50 A 900 MMHG EN INCREMENTOS DE 50 MMHG) O 3 NIVELES PRE- ESTABLECIDOS: BAJO (50 A 300 MMHG); MEDIO (150 A 700MMHG) Y ALTO (250 A 900 MMHG). 2.9 LÍMITE DE VOLUMEN: DE 0.1 A 999.9 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML 2.10. FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA 24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN 2.11. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 2.12 EMPUJADOR PROTEGIDO: PROTECCIÓN PARA EL EMPUJADOR DEL ÉMBOLO MIENTRAS LA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

INFUSIÓN ESTÁ EN PROGRESO GRACIAS AL PROTECTOR DEL EMPUJADOR. 2.13 BITÁCORA DE EVENTOS: REGISTRA 1,500 EVENTOS EN TIEMPO REAL. 2.14 GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN. 2.15 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 2.16 MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 2.17 MODOS DE PROGRAMACIÓN. 2.18 SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS. 2.19 ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS. 2.20 LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES) 2.21 PREALARMA Y ALARMAS CON SEÑALES VISIBLES Y AUDIBLES. 2.22 TODAS LAS ALARMAS SON EXPRESADAS POR MEDIO DE LUCES INDICADORAS, MENSAJES ESCRITOS Y SÍMBOLOS GRÁFICOS EN PANTALLA. 2.23 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA 2.24 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 2.25 ALARMA Y PRE-ALARMA DE VOLUMEN LÍMITE 2.26 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN 2.27 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE. 2.28 APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 2.29 BATERÍA: NI/MH AUTONOMÍA MÍNIMA: 10HR @ 5 ML/HR. 2.30. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 2.31 DIMENSIONES / PESO: 135 X 345 X 170 MM / ~ 2,150 GR 2.32 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 2.33 IMPERMEABILIDAD: IP22 2.34 CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DESFIBRILACIÓN TIPO CF. 2.35 PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: INJECTOMAT AGILIA
MODELO: INJECTOMAT MC AGILIA E
PROCEDENCIA: FRANCIA

104 SOPORTES PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA, PREFERENTEMENTE CON MULTICONECTORES INCLUIDOS PARA FAVORECER LA INTERCONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.

MARCA: AGILIA
MODELO: Z076580, Z073160
PROCEDENCIA: FRANCIA
FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

34 SOPORTES PARA PERFUSORES

MARCA: AGILIA
MODELO: Z076580, Z073160
PROCEDENCIA: FRANCIA
FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONSUMIBLES: LOS BIENES DE CONSUMO QUE SUMINISTRARÉ SERA Estrictamente COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A COMODATO Y CORRESPONDERÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CADUCIDAD/ GARANTÍA: LOS PRODUCTOS (CONSUMIBLES) CONTARÁN CON UN MARGEN DE CADUCIDAD DE MÍNIMO 18 MESES PARA CONSUMO.

ME COMPROMETO A OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, INVENTARIO DEL EQUIPO CADA 4 MESES Y MANTENIMIENTO CONTINUO DEL MISMO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN.

GRUPO AM TECNOLOGIA MÉDICA, S.A. DE C.V.

PAR TIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES	EQUIPO	1800	3000	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE: 13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4. PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 2.9. PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y", PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 ML (SIN BURETA). MARCA: KINDERMAT MODELO: VLPA92 PROCEDENCIA: POLONIA				DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
2	3. EQUIPO FOTOSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE	EQUIPO	1500	2500	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:10 3.1. PIEZAS 3.2. BAYONETA 3.3. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15MICRAS 3.4. TUBO TRANSPORTADOR 3.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.7. CONECTORES LUERLOCK 3.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.9. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90 PROCEDENCIA: POLONIA				DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
3	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN,	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA				QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	CONTRATO.
4	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE MODELO: 8723017 PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	9	15	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
5	6. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTETIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MARCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB	PZ	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	PROCEDENCIA: INDONESIA				ADJUDICADO.	
6	2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES MEDIDOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:13 PIEZAS 2.1. BAYONETA 2.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 2.3. BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON PORTAL DE INYECCIÓN 2.4. PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA 2.5. CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS 2.6. TUBO TRANSPORTADOR 2.7. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 2.8. CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE 2.9. PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y", PARA INYECCIÓN SIN AGUJA 2.10. CONECTORES LUERLOCK 2.11. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 2.12. LONGITUD APROXIMADA 280±20CM 2.13. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 ML (SIN BURETA) MARCA: KINDERMAT	EQUIPO	1320	2200	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	MODELO: VLPA92 PROCEDENCIA: POLONIA					
7	3. EQUIPO FOTSENSIBLE PARA APLICACIÓN DE FLUIDOS SENSIBLES A LA LUZ, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LIBRE DE PVC, Y LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CONSTA DE:10 3.1. PIEZAS 3.2. BAYONETA 3.3. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 3.4. CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y CON FILTRO DE 15 MICRAS 3.5. TUBO TRANSPORTADOR 3.6. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO 3.7. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE 3.8. CONECTORES LUERLOCK 3.9. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR 3.10. LONGITUD APROXIMADA 280±20 CM 3.11. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 24±3 M MARCA: FOTOMAT MODELO: VLON90	EQUIPO	1080	1800	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

	PROCEDENCIA: POLONIA					
8	4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: PERFUSOR MODELO: 8722870N PROCEDENCIA: FRANCIA	CAJA	12	20	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
9	5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML CAJA C/100 PZAS. MARCA: ORIGINAL PERFUSOR LINE MODELO: 8723017 PROCEDENCIA:	CAJA	8	12	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

	FRANCIA					
10	6. JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAPACIDAD 50 A 60 ML ESCALA GRADUADA EN ML MARCA: NIPRO MODELO: JD-50L-IB PROCEDENCIA: INDONESIA	PZ	1307	2178	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, QUE SE LE DARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	LOS BIENES/SERVICIOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA POR CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, POR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PROPORCIONARÉ EN COMODATO SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

CONDICIONES DEL SERVICIO

DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE LOS SIGUIENTES EQUIPOS NUEVOS Y DE TECNOLOGÍA RECIENTE:

157 BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INTELIGENTE ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS, CON SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ASEGURA UN FLUJO PRECISO Y CONSTANTE, CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSCAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS, Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 1.2. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 1.3 SELECCIÓN DE FLUJO DE 1 A 1,500 ML/H EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML/H) Y DE 0.1 A 99.9 ML/H EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 m/h 1.4. SISTEMA DE CONTROL DE OCLUSIVIDAD CIERRA AUTOMÁTICAMENTE LA LÍNEA, ACTIVA UN BOMBEO REAL Y VERIFICA EL INCREMENTO DE PRESIÓN ASEGURANDO QUE LA BOMBA DETECTA LA OCLUSIÓN. 1.5. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.6 RANGO DE VOLUMEN DE 1 A 9,999 ML EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML) Y DE 0.1 A 999.9 EN MODO DE MICRO- INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML) 1.7. MODOS DE INFUSIÓN SELECCIONABLES: 1) INFUSIÓN EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO (ML/HR) Ó 2) MODO INFUSIÓN EN DOSIS (OPERA EN DOSIS MÁSCAS DE MEDICAMENTO, HASTA 49 UNIDADES DE DOSIS DISPONIBLES) 1.8. CONFIGURACIONES EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO: RAMPA CRECIENTE / RAMPA DECRECIENTE, SECUENCIAL, INDUCCIÓN, BOLUS, PRIMARIO/SECUNDARIO, SOLO FLUJO, FLUJO + VOLUMEN, VOLUMEN/TIEMPO, INFUSIÓN SECUNDARIA O PIGGY BACK. 1.9. TIEMPO DE INFUSIÓN PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 168 HORAS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO). 1.10. EXACTITUD DE FLUJO DE + 5% 1.11. FLUJO KVO (MANTENER LA VENA ABIERTA) PRE-ESTABLECIDO EN 1 ML/HR (AJUSTABLE DESDE 1 HASTA 20 ML/HR). 1.12. LÍMITE DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (DE 50 A 750 MMHG EN INCREMENTOS DE 25 – 50 MMHG) O 3 NIVELES SELECCIONABLES 1.13. GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN 1.14. MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 1.15 MODOS DE PROGRAMACIÓN: SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS / ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS / LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES)

1.16 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. 1.17. FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN. 1.18 CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 1.19. ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.20. ALARMAS Y PERALARMAS AUDIBLES, VISIBLES (LUZ Y TEXTO EN IDIOMA ESPAÑOL EN PANTALLA) 1.21. SISTEMA DE AUTO-TEST PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA BOMBA JUNTO CON SU LÍNEA DE INFUSIÓN. 1.22. DETECCIÓN DE AIRE AJUSTABLE DESDE 10 HASTA 2,000 MICROLITROS DE AIRE EN INTERVALOS DE 15 MIN. 1.23. DETECCIÓN DE VARIACIONES DE PRESIÓN EN LA LÍNEA (INCREMENTO, DECREMENTO). 1.24. AVISO DE CAÍDA DE PRESIÓN 1.25. AVISO DE SUBIDA DE PRESIÓN. 1.26. ALARMA DE PUERTA ABIERTA. 1.27 ALARMA DE MAL INSTALACIÓN DEL SET DE INFUSIÓN 1.28 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN. 1.29 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA. 1.30 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 1.31 ALARMA DE ROTACIÓN DE MOTOR. 1.32. NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE PARA LAS ALARMAS AUDIBLES. 1.33 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 1.34 INDICADORES LUMINOSOS 1.35. FUNCIONAMIENTO A RED 1.36. FUNCIONAMIENTO EN BATERÍA. 1.37. INFUSIÓN EN PROGRESO. 1.38. PREALARMA. 1.39.1 ALARMASEÑAL DE CONFIRMACIÓN 1.39.1 FUNCIÓN PAUSA PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 24 HORAS. 1.40. BATERÍA 1.41 CARACTERÍSTICAS: LI-ION. 1.42. DURACIÓN: 8 HRS @ 125 ML/H 1.43. NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA DESPLEGADA EN PANTALLA QUE INDIQUE EL TIEMPO DE RESPALDO A UN FLUJO DETERMINADO. 1.44. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 1.45. DIMENSIONES / PESO: 135 X 190 X 170 MM / ~ 2,000 GR 1.46. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 1.47. IMPERMEABILIDAD: IP22 1.48. CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DEFIBRILACIÓN TIPO CF. 1.49. PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: VOLUMAT AGILIA
MODELO: VOLUMAT MC AGILIA E
PROCEDENCIA: FRANCIA
FABRICANTE: FRESENIUS VIAL S.A.S.

70 PERFUSORES INTELIGENTES DE ALTA PRECISIÓN PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CRÍTICOS A BAJOS FLUJOS Y BAJOS VOLÚMENES MEDIANTE JERINGA ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MASICAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS; CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS), SOFTWARE DE MONITOREO CENTRALIZADO DEL STATUS DE LA INFUSIÓN Y DE ALARMAS Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. 2.1. INTERFASE: SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL COMPLEMENTADO CON SÍMBOLOS Y GRÁFICOS UNIVERSALES PARA UNA PROGRAMACIÓN Y ENTENDIMIENTO INTUITIVO DE LA BOMBA. 2.2. VELOCIDAD DE FLUJO: DE 0.1 A 1200.0 ML/H DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE LA JERINGA (INCREMENTOS DE 0.1 ML/H) Y DE 0.1 A 9.99 ML/H EN MICROINFUSIÓN (INCREMENTOS DE 0.01 ML/H). 2.3. PRECISIÓN: DE +1% EN EL MECANISMO DE LA BOMBA; 2% DEBIDO A LA JERINGA. 2.4. CAPACIDADES DE JERINGA: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ML 2.5. MODOS DE INFUSIÓN 2.6 FLUJO VOLUMÉTRICO (OPERA EN ML/HR). 2.7. FLUJO EN DOSIS (OPERA CON DIFERENTES UNIDADES DE FLUJO EN MASA): UNIDADES DE DOSIS: (NG, µG, MG, CAL, KCAL, U, KU, MMOL, MOL, KMOL) / KG. UNIDADES DE TIEMPO: 24H / H / MIN. PROGRAMACIÓN DE LA DILUCIÓN: X UNIDADES / ML, O BIEN, X UNIDADES / Y ML. PESO DEL PACIENTE: (0.25 A 250) KG. 2.8. LÍMITES DE PRESIÓN: 2 MODOS DISPONIBLES: VARIABLE (50 A 900 MMHG EN INCREMENTOS DE 50 MMHG) O 3 NIVELES PRE- ESTABLECIDOS: BAJO (50 A 300 MMHG); MEDIO (150 A 700MMHG) Y ALTO (250 A 900 MMHG). 2.9 LÍMITE DE VOLUMEN: DE 0.1 A 999.9 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML 2.10. FUNCIÓN PAUSA: PROGRAMABLE DESDE 1 MIN HASTA 24 HRS EN INCREMENTOS DE 1MIN 2.11. SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN: ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. 2.12 EMPUJADOR PROTEGIDO: PROTECCIÓN PARA EL EMPUJADOR DEL ÉMBOLO MIENTRAS LA INFUSIÓN ESTÁ EN PROGRESO GRACIAS AL PROTECTOR DEL EMPUJADOR. 2.13 BITÁCORA DE EVENTOS: REGISTRA 1,500 EVENTOS EN TIEMPO REAL. 2.14 GRÁFICAS DEL HISTORIAL: VOLÚMENES INFUNDIDOS, DOSIS INFUNDIDAS, FLUJOS, PRESIÓN. 2.15 PANTALLA MONOCROMÁTICA BLUE GRAPHIC LCD, TAMAÑO 66 MM X 33 MM (128 X 64 PIXELS) 2.16 MODO NOCTURNO: EL MODO NOCTURNO DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA Y DE LOS INDICADORES LUMINOSOS, LA TECLA DE SONIDO PUEDE EVENTUALMENTE APAGARSE. EL MODO NOCTURNO PUEDE SER PROGRAMADO MANUALMENTE O AUTOMÁTICAMENTE EN INTERVALOS VARIABLES DE TIEMPO. 2.17 MODOS DE PROGRAMACIÓN. 2.18 SIN NOMBRE DE MEDICAMENTOS. 2.19 ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS. 2.20 LIBRERÍA DE FÁRMACOS (HASTA 120 MEDICAMENTOS POR LIBRERÍA Y HASTA 4 LIBRERÍAS DIFERENTES) 2.21 PREALARMS Y ALARMAS CON SEÑALES VISIBLES Y AUDIBLES. 2.22 TODAS LAS ALARMAS SON EXPRESADAS POR MEDIO DE LUCES INDICADORAS, MENSAJES ESCRITOS Y SÍMBOLOS GRÁFICOS EN PANTALLA. 2.23 ALARMA Y PRE-ALARMA DE BATERÍA BAJA 2.24 ALARMA Y PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN. 2.25 ALARMA Y PRE-ALARMA DE VOLUMEN LÍMITE 2.26 ALARMA Y PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN 2.27 PROTECCIÓN DE TECLADO: POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL TECLADO PARA PREVENIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA INFUSIÓN PROGRAMADA. CLAMP DE FIJACIÓN: CLAMP DE FIJACIÓN VERSÁTIL EL CUAL PERMITE LA FIJACIÓN A UN RIEL O A UN POSTE. 2.28 APILABLE: HASTA 3 BOMBAS APILABLES DE FORMA SEGURA EN UN POSTE CON AGARRADERA DE SEGURIDAD. 2.29 BATERÍA: NI/MH AUTONOMÍA MÍNIMA: 10HR @ 5 ML/HR. 2.30. ALIMENTACIÓN A LA RED: 100 – 240 VAC / 50-60 HZ CON CABLE ESTÁNDAR. 2.31 DIMENSIONES /

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS GET-OMG-LPN-081/2023

PESO: 135 X 345 X 170 MM / ~ 2,150 GR 2.32 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: EN/IEC 60601-1 Y EN/IEC 60601-2-24 / APROBACIÓN CE 0459 EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ EEC93/42 EUROPEAN MEDICAL DEVICE / EMC. 2.33 IMPERMEABILIDAD: IP22 2.34 CONFORMIDAD ELÉCTRICA: PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE: RESISTENTE A DESFIBRILACIÓN TIPO CF. 2.35 PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELÉCTRICO: CLASE II.

MARCA: INJECTOMAT AGILIA

MODELO: INJECTOMAT MC AGILIA E

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL S.A.S.

104 SOPORTES PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA, PREFERENTEMENTE CON MULTICONECTORES INCLUIDOS PARA FAVORECER LA INTERCONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.

MARCA: AGILIA

MODELO: Z076580, Z073160

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

34 SOPORTES PARA PERFUSORES

MARCA: AGILIA

MODELO: Z076580, Z073160

PROCEDENCIA: FRANCIA

FABRICANTE: FRESENIUS VIAL

PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONSUMIBLES: LOS BIENES DE CONSUMO QUE SUMINISTRARÉ SERÁ Estrictamente COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A COMODATO Y CORRESPONDERÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CADUCIDAD/ GARANTÍA: LOS PRODUCTOS (CONSUMIBLES) CONTARÁN CON UN MARGEN DE CADUCIDAD DE MÍNIMO 18 MESES PARA CONSUMO.

ME COMPROMETO A OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, INVENTARIO DEL EQUIPO CADA 4 MESES Y MANTENIMIENTO CONTINUO DEL MISMO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO Y MANEJO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN.

NOTAS GENERALES: -----

-

1.- TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON PRESENTADAS, SE RECIBEN PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO EL DÍA DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. -----

2.- EL TERCER SOBRE DE LOS LICITANTES, QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD, QUEDAN BAJO LA CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, HASTA EL DÍA DEL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, CONFORME AL PUNTO 9.11 DE LAS BASES. -----

3.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE LA COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN LEGAL-TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **15 DE MAYO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS**, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 11.1 Y 27.3 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----

----- CIERRE DEL ACTA: -----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE EVENTO SIENDO LAS **18:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL PARA EL EXPEDIENTE -----

REPRESENTANTES

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS **GET-OMG-LPN-081/2023**

EDNA ODED PÉREZ GARCÍA REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE.	
GILBERTO MENDOZA JIMÉNEZ REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.	
ISAI FLORES PÉREZ REPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	

LICITANTES

COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO AM TECNOLOGIA MÉDICA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----FIN DE TEXTO-----